

**ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย
การจัดซื้อจัดจ้างที่มีใช้งานก่อสร้าง**

1. ชื่อโครงการ : จัดซื้อเครื่องวัดความดันโลหิตแบบสอดแขนชนิดอัตโนมัติพร้อมระบบเชื่อมต่อฐานข้อมูลโรงพยาบาล โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ จำนวน 33 แห่ง
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ : กองสาธารณสุข องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร : 3,300,000 บาท (สามล้านสามแสนบาทถ้วน)
4. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) : วันที่ 22 มิถุนายน 2569
เป็นเงิน 3,300,000 บาท (สามล้านสามแสนบาทถ้วน)
ราคา/หน่วย (ถ้ามี)
 - 1) จัดซื้อเครื่องวัดความดันโลหิตแบบสอดแขนชนิดอัตโนมัติพร้อมระบบเชื่อมต่อฐานข้อมูลโรงพยาบาลโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ จำนวน 33 แห่ง ๆ ละ 1 ชุด ๆ ละ 100,000 บาท รวมเป็นเงิน 3,300,000 บาท (สามล้านสามแสนบาทถ้วน)
5. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
 - ราคาตามบัญชีรายการครุภัณฑ์ สำนักปลัดกระทรวงสาธารณสุข ฉบับเดือนตุลาคม 2568
 - ราคาตามท้องตลาดจากบริษัทที่จำหน่าย จำนวน 3 บริษัท ได้แก่
 - 1) บริษัท เมดิไลฟ์ (ประเทศไทย) จำกัด (สำนักงานใหญ่)
 - 2) บริษัท ยูนิแคร์ ชีฟพลาย จำกัด
 - 3) ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอโอ เมดิคอลชีฟพลาย
6. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

1. นายสุรศักดิ์ ชนะพาล	ตำแหน่ง ผอ.รพ.สต.หนองพวง	ประธานกรรมการ
2. นางสาวธนาภรณ์ สัตย์เมธีกุล	ตำแหน่ง ผอ.รพ.สต.โคกสะอาด	กรรมการ
3. นางโสภภาพร คำบุญเรือง	ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	กรรมการและเลขานุการ

(ลงชื่อ).....ตำแหน่ง ผอ.รพ.สต. หนองพวง
(นายสุรศักดิ์ ชนะพาล)

ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ).....ตำแหน่ง ผอ.รพ.สต.โคกสะอาด
(นางสาวธนาภรณ์ สัตย์เมธีกุล)

กรรมการ

(ลงชื่อ).....ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ กรรมการและเลขานุการ
(นางโสภภาพร คำบุญเรือง)

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลาง
การจัดซื้อเครื่องวัดความดันโลหิตแบบสอดแขนชนิดอัตโนมัติพร้อมระบบเชื่อมต่อฐานข้อมูลโรงพยาบาล
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ จำนวน 33 แห่ง

1. ความต้องการ

จัดซื้อเครื่องวัดความดันโลหิตแบบสอดแขนชนิดอัตโนมัติพร้อมระบบเชื่อมต่อฐานข้อมูลโรงพยาบาล
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ จำนวน 33 แห่ง ๆ ละ 1 ชุด ๆ ละ
100,000 บาท รวมเป็นเงิน 3,300,000 บาท (สามล้านสามแสนบาทถ้วน)

2. วัตถุประสงค์การจัดซื้อเครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจชนิดอัตโนมัติ ฯ

- 1) เพื่อส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาศักยภาพการให้บริการด้านสาธารณสุขแก่ประชาชนในพื้นที่
- 2) เพื่อให้โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ มีเครื่องวัด
ความดันโลหิตแบบสอดแขนชนิดอัตโนมัติ พร้อมระบบเชื่อมต่อฐานข้อมูลโรงพยาบาล สำหรับใช้ในการพัฒนา
ระบบบริการสาธารณสุขและการบูรณาการข้อมูลสุขภาพของหน่วยงาน สำหรับให้บริการแก่ประชาชนในพื้นที่

3. สถานที่ดำเนินการ

- กองสาธารณสุข องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

4. ระยะเวลาดำเนินการ

- กำหนดระยะเวลาส่งมอบพัสดุภายใน 60 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาซื้อขาย

5. คุณลักษณะเฉพาะ

จัดซื้อเครื่องวัดความดันโลหิตแบบสอดแขนชนิดอัตโนมัติพร้อมระบบเชื่อมต่อฐานข้อมูลโรงพยาบาล
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ จำนวน 33 แห่ง ๆ ละ 1 ชุด ๆ ละ
100,000 บาท รวมเป็นเงิน 3,300,000 บาท (สามล้านสามแสนบาทถ้วน) โดยมีรายละเอียดคุณลักษณะ ดังนี้

วัตถุประสงค์การใช้งาน

ใช้สำหรับเป็นเครื่องตรวจวัดระดับความดันโลหิตและชีพจรภายนอกแบบอัตโนมัติ
ชนิดสอดแขนผู้ป่วย พร้อมระบบเชื่อมต่อฐานข้อมูลโรงพยาบาล

(ลงชื่อ)..........ตำแหน่ง ผอ.รพ.สต. หหนองพวง ประธานกรรมการ
(นายสุรศักดิ์ ชนะพาล)

(ลงชื่อ)..........ตำแหน่ง ผอ.รพ.สต.โคกสะอาด กรรมการ
(นางสาวธนาภรณ์ สัตยเมธีกุล)

(ลงชื่อ)..........ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ กรรมการและเลขานุการ
(นางโสภาพร คำบุญเรือง)

1. คุณสมบัติ...

1. คุณสมบัติทั่วไป

1.1 เครื่องวัดความดันอัตโนมัติแบบสอดแขนพร้อมระบบเชื่อมต่อกับฐานข้อมูลโรงพยาบาล (HIS Interface) ประกอบด้วย จอแสดงผลระบบสัมผัสขนาดไม่น้อยกว่า 15.6 นิ้ว ความละเอียดสูงไม่น้อยกว่า 1,920×1,080 พิกเซล ชุดวัดความดันโลหิตอัตโนมัติแบบสอดแขน ชุดอ่านบัตรประจำตัวประชาชน ชุดสแกนบาร์โค้ดหรือคิวอาร์โค้ดและชุดพิมพ์รายงานผล ติดตั้งรวมเป็นชุดเดียวกันอย่างมั่นคง

1.2 ระบบซอฟต์แวร์ออกแบบมาให้มีขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ง่าย ไม่ซับซ้อน ผู้รับบริการสามารถใช้งานได้ด้วยตนเอง (Self-Service Process) โดยเริ่มต้นขั้นตอนจากการลงทะเบียนด้วยบัตรประจำตัวประชาชน

1.3 สามารถเชื่อมต่อและส่งข้อมูลการรับบริการเข้าสู่ระบบฐานข้อมูลโรงพยาบาล (Hospital Information System: HIS) ได้โดยตรง

2. คุณสมบัติทางเทคนิค

2.1 คุณสมบัติเครื่องวัดความดันโลหิตแบบสอดแขนชนิดอัตโนมัติ พร้อมระบบเชื่อมต่อกับฐานข้อมูลโรงพยาบาล มีดังนี้

2.1.1 คุณสมบัติของชุดจอแสดงผลสำหรับเครื่องวัดค่าความดันโลหิตอัตโนมัติแบบสอดแขน มีดังนี้

2.1.1.1 จอแสดงผลรายละเอียดสูง จอภาพแบบสัมผัส (Touch Screen Display) ขนาดไม่น้อยกว่า 15.6 นิ้ว ติดตั้งมาเป็นชุดเดียวกัน (Integrated) กับชุดตรวจ


2.1.1.2 มีชุดอ่านบัตรประชาชนสำหรับการลงทะเบียน (Registration) ใช้งานด้วยบัตรประชาชน เพียงขั้นตอนเดียว

2.1.1.3 มีชุดสแกนบาร์โค้ดและคิวอาร์โค้ด (QR and Bar Code Scanner) ติดตั้งมาเป็นชุดเดียวกัน (Integrated) กับชุดตรวจ

2.1.1.4 มีชุดพิมพ์รายงานด้วยระบบความร้อนพร้อมระบบตัดกระดาษอัตโนมัติ (Thermal Printer with Auto-Cutter) ติดตั้งมาเป็นชุดเดียวกัน (Integrated) กับชุดตรวจ

2.1.1.5 การออกแบบขั้นตอนการปฏิบัติงานเป็นแบบต่อเนื่อง เพื่อให้เข้าใจง่าย ผู้รับบริการสามารถใช้งานได้ด้วยตนเอง (Self-Services Process)

(ลงชื่อ)..........ตำแหน่ง ผอ.รพ.สต. หนองพวง ประธานกรรมการ
(นายสุรศักดิ์ ชนะพาล)

(ลงชื่อ)..........ตำแหน่ง ผอ.รพ.สต.โคกสะอาด กรรมการ
(นางสาวธนาภรณ์ สัตย์เมธีกุล)

(ลงชื่อ)..........ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ กรรมการและเลขานุการ
(นางโสภพร คำบุญเรือง)

2.1.1.6 ชุดตรวจวัด...

- 2.1.1.6 ชุดตรวจวัดความดันออกแบบให้คำแนะนำตลอดการปฏิบัติงานเป็นภาษาไทย
- 2.1.1.7 สามารถทำงานร่วมกับระบบซอฟต์แวร์ปัญญาประดิษฐ์ (AI) อาทิเช่น ระบบ ChatGPT หรือ DeepSeek ได้
- 2.1.18 มีชุดไฟแอลอีดีแบบเส้น (Ambient Lighting) ติดตั้งมาพร้อมชุดให้บริการเพื่อความสวยงามและสร้างบรรยากาศสำหรับปฏิบัติงาน
- 2.1.1.9 สามารถถ่ายโอนข้อมูลเข้ากับระบบการแพทย์ทางไกล (Telehealth Platform) ได้โดยตรง

2.2 คุณสมบัติการวัดความดันโลหิตอัตโนมัติ (Blood Pressure Monitor) มีดังนี้

- 2.2.1 ชุดวัดความดันโลหิตอัตโนมัติแบบสอดแขน (Arm-Type Blood Pressure Monitor) ติดตั้งมาพร้อมชุดตรวจ
- 2.2.2 เป็นระบบการวัดแบบผสมผสานคู่ 2 ระบบ Oscillometric Method ร่วมกับ Korotkoff Sound Method เพื่อเพิ่มความแม่นยำในการตรวจวัด
- 2.2.3 มีหน้าจอแสดงผลเป็นชนิด LCD ขนาดไม่น้อยกว่า 3.5 นิ้ว มองเห็นได้ชัดเจน
- 2.2.4 สามารถวัดค่าความดันโลหิต (Measurement Range) ได้ในช่วงไม่น้อยกว่า 0-295 มิลลิเมตรปรอท โดยมีความถูกต้องไม่เกินกว่า ± 3 มิลลิเมตรปรอท
- 2.2.5 สามารถวัดอัตราการเต้นของชีพจร (Pulse Rate) ได้ในช่วงไม่น้อยกว่า 40 – 199 ครั้งต่อนาที โดยมีความถูกต้องไม่เกินกว่า ± 5 ครั้งต่อนาที หรือ $\pm 5\%$
- 2.2.6 สามารถทำการวัดค่าความดันสำหรับผู้ป่วยที่มีขนาดรอบวงแขนได้สูงสุดในช่วงไม่น้อยกว่า 17 – 42 เซนติเมตร
- 2.2.7 ชุดอุโมงค์สอดแขน (Cuff) รองรับขนาดรอบวงแขนของผู้ป่วยได้กว้าง ตั้งแต่ 24 เซนติเมตร ถึง 42 เซนติเมตร เป็นอย่างน้อย
- 2.2.8 ชุดอุโมงค์สอดแขนสามารถยับหรือปรับองศาตามสรีระได้สูงสุด 45 องศา เพื่อความสะดวกและถูกต้องในการจัดทำทางของผู้ป่วย
- 2.2.9 มีที่รองรับแขน (Arm Rest) ความยาวไม่น้อยกว่า 16.4 เซนติเมตร และสามารถพับเก็บได้เพื่อความสะดวกในการเคลื่อนย้ายและประหยัดพื้นที่
- 2.2.10 มีหน่วยความจำภายในตัวเครื่อง (Memory) สามารถบันทึกผลการวัดของผู้ป่วยได้ไม่น้อยกว่า 99 ชุดข้อมูล
- 2.2.11 รองรับระบบการส่งผ่านข้อมูลดิจิทัล (Data Transmission) ทางเลือกเพื่อเชื่อมต่อกับระบบสารสนเทศโรงพยาบาล (HIS) ได้ โดยรองรับการเชื่อมต่อผ่านพอร์ต RS-232C หรือ Bluetooth หรือ Wi-Fi หรือ 4G เป็นอย่างน้อย

(ลงชื่อ).....ตำแหน่ง ผอ.รพ.สต. หนองพวง ประธานกรรมการ
(นายสุรศักดิ์ ชนะพาล)

(ลงชื่อ).....ตำแหน่ง ผอ.รพ.สต.โคกสะอาด กรรมการ
(นางสาวธนาภรณ์ สัตยเมธิกุล)

(ลงชื่อ).....ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ กรรมการและเลขานุการ
(นางโสภาพร คำบุญเรือง)

2.3 คุณสมบัติ...

2.3 คุณสมบัติป้องกันและแสดงความเสถียรของแหล่งจ่ายไฟฟ้า มีดังนี้

2.3.1 ชุดป้องกันและแสดงความไม่เสถียรของแหล่งจ่ายไฟมีหน้าจอลีด (LED) ตั้งค่าเปอร์เซ็นต์เกินและไฟตกได้ตั้งแต่ 10% - 20% และตั้งค่าต่างๆ ได้อย่างน้อยดังนี้

2.3.1.1 ไฟฟ้าเกิน

2.3.1.2 ไฟฟ้าตก

2.3.1.3 เวลาหน่วงที่จะให้ตัดกระแสไฟฟ้า

2.3.1.4 เวลาหน่วงที่จะให้ต่อกระแสไฟฟ้า

2.3.2 สามารถตัดกระแสไฟฟ้าโดยหน่วงเวลาเมื่อแรงดันผิดปกติ โดยสามารถตั้งค่าหน่วงเวลานี้ได้ในช่วงไม่น้อยกว่า 0 - 5 วินาที

2.3.3 มีระบบหน่วงเวลาก่อนทำการตัดวงจร และจะต้องวงจรอัตโนมัติ กรณีไฟฟ้าแรงดันไม่สมดุล แรงดันเพิ่มหรือลดลงทำให้มีค่าความต่างศักย์ไฟฟ้าเกินกว่าเปอร์เซ็นต์ที่ตั้งไว้


2.3.4 สามารถตั้งค่าหน่วงเวลาก่อนจ่ายไฟได้ในช่วงไม่น้อยกว่า 0-15 นาที่ก่อนจ่ายไฟแบบอัตโนมัติ และสามารถเลือกแรงดันไฟฟ้าขาเข้าให้เหมาะสมกับพื้นที่ที่ติดตั้งได้ และปรับแรงดันที่เหมาะสมได้ไม่น้อยกว่า 3 ระดับ คือ 220, 230, 240VAC โดยมีค่าความถูกต้อง (Accuracy) $\pm 0.5\%$

2.3.5 ชุดอุปกรณ์ผ่านมาตรฐานการป้องกันไม่น้อยกว่า IP20 และต้องผ่านมาตรฐาน CE และ RoHS และมีปลั๊กสำหรับเสียบสายไฟขาเข้าและขาออกแยกจากกันอย่างชัดเจน

2.3.6 ผู้ผลิตชุดอุปกรณ์ได้รับรองมาตรฐาน อย่างน้อย ISO 45001:2018 พร้อมเอกสารแนบเพื่อประกอบการเสนอราคา

(ลงชื่อ)..........ตำแหน่ง ผอ.รพ.สต. หนองพวง
(นายสุรศักดิ์ ชนะพาล)

ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ)..........ตำแหน่ง ผอ.รพ.สต.โคกสะอาด
(นางสาวธนาภรณ์ สัตย์เมธีกุล)

กรรมการ

(ลงชื่อ)..........ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ กรรมการและเลขานุการ
(นางโสภพร คำบุญเรือง)

3. อุปกรณ์ ...

3. อุปกรณ์ประกอบการใช้งาน

3.1 อุปกรณ์สำหรับเครื่องวัดความดันโลหิตแบบสอดแขนชนิดอัตโนมัติพร้อมระบบเชื่อมต่อฐานข้อมูลโรงพยาบาล (HIS Interface) จำนวน 1 ชุด ประกอบด้วย ดังนี้

3.1.1 ชุดจอแสดงผลระบบจอสัมผัสขนาดไม่น้อยกว่า 15.6 นิ้ว ติดตั้งมาพร้อมชุดตรวจจำนวน 1 ชุดต่อเครื่อง

3.1.2 ชุดอุปกรณ์สำหรับเสียบบัตรประชาชน (ID Card Insert) ติดตั้งมาพร้อมชุดตรวจ จำนวน 1 ชุดต่อเครื่อง

3.1.3 ชุดสแกนบาร์โค้ดหรือคิวอาร์โค้ด (QR or Bar Code Scanner) ติดตั้งมาพร้อมชุดตรวจ จำนวน 1 ชุดต่อเครื่อง

3.1.4 ชุดวัดความดันโลหิตแบบสอดแขน (Arm-In Type Blood Pressure) ติดตั้งมาพร้อมชุดตรวจ จำนวน 1 ชุดต่อเครื่อง

3.1.5 ชุดพิมพ์รายงานด้วยระบบความร้อนและระบบตัดกระดาษอัตโนมัติติดตั้งมาเป็นชุดเดียวกันกับชุดตรวจ จำนวน 1 ชุดต่อเครื่อง

3.2 เครื่องป้องกันและแสดงความเสถียรของแหล่งจ่ายไฟฟ้า จำนวน 1 ชุดต่อเครื่อง

3.3 เก้าอี้สำหรับผู้รับบริการ (Chair) จำนวน 1 ชุดต่อเครื่อง

(ลงชื่อ).....ตำแหน่ง ผอ.รพ.สต. หนองพวง
(นายสุรศักดิ์ ชนะพาล)

ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ).....ตำแหน่ง ผอ.รพ.สต.โคกสะอาด
(นางสาวธนาภรณ์ สัตย์เมธิกุล)

กรรมการ

(ลงชื่อ).....ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ กรรมการและเลขานุการ
(นางโสภาพร คำบุญเรือง)

4. คุณสมบัติ...

4. คุณสมบัติและเงื่อนไขอื่น

4.1 ผู้เสนอราคาจะต้องรับรองว่า จะรับประกันคุณภาพสินค้าเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี นับตั้งแต่ส่งมอบและตรวจรับสินค้าเป็นที่เรียบร้อย

4.2 ผู้เสนอราคาจะต้องรับรองว่า มีเจ้าหน้าที่เข้ามาเพื่อแนะนำการใช้งานเครื่องให้กับเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานจนสามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

4.3 ผู้เสนอราคาจะต้องรับรองว่า จะทำการเชื่อมต่อเครื่องมือดังกล่าวกับฐานข้อมูลของโรงพยาบาลที่อยู่ในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) แต่ละแห่งให้เรียบร้อยและสามารถใช้งานได้ อย่างมีประสิทธิภาพ

4.4 ผู้เสนอราคาจะต้องรับรองว่า ผู้นำเข้าหรือผู้แทนจำหน่ายสินค้ามีเจ้าหน้าที่ที่ผ่านการฝึกอบรมจากโรงงานผู้ผลิตโดยตรง สามารถดูแลบำรุงรักษาและให้บริการหลังการขายได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมเอกสารแนบเพื่อยื่นประกอบการเสนอราคา

4.5 ผู้เสนอราคาจะต้องรับรองว่า ภายในระยะเวลาการรับประกัน จะต้องมีการเข้ามาทำการดูแลบำรุงรักษาเป็นอย่างน้อย 3 ครั้งต่อเดือน

4.6 ผู้เสนอราคาจะต้องรับรองว่า ผู้เสนอราคาเป็นผู้แทนจำหน่ายสำหรับผลิตภัณฑ์ที่เสนอราคา โดยมีหนังสือรับรองจากผู้ผลิตโดยตรงหรือจากผู้นำเข้าสินค้าดังกล่าว พร้อมเอกสารแนบเพื่อยื่นประกอบการยื่นเสนอราคา

4.7 ผู้เสนอราคาจะต้องรับรองว่า ผลิตภัณฑ์ที่จำหน่ายเป็นสินค้าที่ผ่านการรับรองอนุญาตนำเข้าสินค้าจากองค์การอาหารและยา (อย.) กระทรวงสาธารณสุข โดยมีเอกสารมาแสดงเพื่อประกอบการเสนอราคา

4.8 ผู้เสนอราคาจะต้องรับรองว่า สินค้าที่เสนอราคาสามารถส่งมอบได้ภายในระยะเวลาไม่เกินกว่า 60 วันนับตั้งแต่วันลงนามในสัญญาซื้อขาย

4.9 ผู้เสนอราคาจะต้องรับรองว่า สินค้าที่เสนอราคาและจำหน่ายให้กับหน่วยงานเป็นสินค้าใหม่ไม่เคยผ่านการใช้งานหรือสาธิตมาก่อน

(ลงชื่อ)..........ตำแหน่ง ผอ.รพ.สต. หนองพวง ประธานกรรมการ
(นายสุรศักดิ์ ชนะพาล)

(ลงชื่อ)..........ตำแหน่ง ผอ.รพ.สต.โคกสะอาด กรรมการ
(นางสาวธนาภรณ์ สัตย์เมธิกุล)

(ลงชื่อ)..........ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ กรรมการและเลขานุการ
(นางโสภาพร คำบุญเรือง)


6. ราคากลาง...


๖. ราคาากลาง

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้พิจารณาโดยใช้เกณฑ์ราคาตามบัญชีรายการครุภัณฑ์ สำนักปลัดกระทรวงสาธารณสุข ฉบับเดือนตุลาคม 2568 และจากการสืบราคาตามท้องตลาดจากบริษัท ที่จำหน่าย จำนวน 3 บริษัท ได้แก่ 1) บริษัท เมติไลฟ์ (ประเทศไทย) จำกัด (สำนักงานใหญ่) 2) บริษัท ยูนิแคร์ ชีพพลาย จำกัด 3) ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอโอ เมดิคอลชีพพลาย

สามารถสรุปราคากลางการจัดซื้อเครื่องวัดความดันโลหิตแบบสอดแขนชนิดอัตโนมัติพร้อม ระบบเชื่อมต่อฐานข้อมูลโรงพยาบาล โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ จำนวน 33 แห่ง ๆ ละ 1 ชุด ๆ ละ 100,000 บาท รวมเป็นเงิน 3,300,000 บาท (สามล้านสามแสนบาทถ้วน)

(ลงชื่อ)..........ตำแหน่ง ผอ.รพ.สต. หนองพวง ประธานกรรมการ
(นายสุรศักดิ์ ชนะพาล)

(ลงชื่อ)..........ตำแหน่ง ผอ.รพ.สต.โคกสะอาด กรรมการ
(นางสาวธนาภรณ์ สัตย์เมธิกุล)

(ลงชื่อ)..........ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ กรรมการและเลขานุการ
(นางโสภาพร คำบุญเรือง)