



๒. รายการ ๔๒๐๐๐๘ เครื่องกรอฟันแบบเคลื่อนที่ได้ เพื่อสนับสนุนการให้บริการด้านสาธารณสุขของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนายงกลัก องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ตำบลนายงกลัก อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ ๑ เครื่อง จำนวนเงิน ๑๑๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน) นั้น เพื่อเป็นการส่งเสริม สนับสนุนให้การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ทันตสาธารณสุขเป็นไปด้วยความสะดวก รวดเร็ว มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด และเกิดประโยชน์แก่ประชาชนผู้มารับบริการ ลดระยะเวลาในการเดินทางไปรับบริการที่โรงพยาบาลอำเภอหรือจังหวัด กองสาธารณสุข องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ จึงมีความจำเป็นที่จะจัดซื้อเครื่องกรอฟันแบบเคลื่อนที่ได้ เพื่อสนับสนุนการให้บริการด้านสาธารณสุขของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ จำนวน ๒ แห่ง ๆ ละ ๑ เครื่อง ๆ ละ ๑๑๐,๐๐๐ บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๒๒๐,๐๐๐ บาท (สองแสนสองหมื่นบาทถ้วน)

ตามบันทึกข้อความ กองสาธารณสุข ที่ ขย ๕๑๐๖.๒/- ลงวันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๘ เรื่อง ขออนุมัติดำเนินการจัดซื้อเครื่องกรอฟันแบบเคลื่อนที่ได้ เพื่อสนับสนุนการให้บริการด้านสาธารณสุขของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ จำนวน ๒ แห่ง ๆ ละ ๑ เครื่อง ๆ ละ ๑๑๐,๐๐๐ บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๒๒๐,๐๐๐ บาท (สองแสนสองหมื่นบาทถ้วน) เพื่อให้การดำเนินการจัดซื้อดังกล่าว เป็นไปด้วยความถูกต้องและถือปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๒๑ จึงขอกำหนดร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะ เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

## ๒. วัตถุประสงค์

๒.๑ เพื่อส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาศักยภาพการให้บริการด้านทันตกรรมแก่ประชาชนในพื้นที่

๒.๒ เพื่อให้โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ มีเครื่องกรอฟันแบบเคลื่อนที่ได้ สำหรับให้บริการด้านทันตกรรมแก่ประชาชนทั้งในและนอกสถานบริการ

## ๓. คุณสมบัติผู้ยื่นเสนอ

- ๑) มีความสามารถตามกฎหมาย
- ๒) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
- ๓) ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
- ๔) ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราวเนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
- ๕) ไม่เป็นบุคคลถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย
- ๖) มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ กำหนดในราชกิจจานุเบกษา
- ๗) เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลผู้มีอาชีพขายพัสดุดังกล่าว
- ๘) ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการซื้อครั้งนี้

๙) ไม่เป็น...

๙) ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นนั้น

๑๐) ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง

๑๑) ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด

๑๒) ผู้ยื่นข้อเสนอต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายหรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้อง ครบถ้วนในสาระสำคัญ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด

๑๓) ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช.กำหนด

๔. รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะดำเนินการจัดซื้อหรือขอบเขตของงานที่จะดำเนินการจ้าง หรือแบบรูปรายการงานก่อสร้างที่จะดำเนินการจ้าง (แล้วแต่กรณี) และเอกสารแนบท้ายอื่น ๆ

จัดซื้อเครื่องรอกพินแบบเคลื่อนที่ได้ เพื่อสนับสนุนการให้บริการด้านสาธารณสุขของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ จำนวน ๒ แห่ง ๆ ละ ๑ เครื่อง ๆ ละ ๑๑๐,๐๐๐ บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๒๒๐,๐๐๐ บาท (สองแสนสองหมื่นบาทถ้วน) ราคานี้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียนและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง เป็นไปตามบัญชีรายการครุภัณฑ์สำนักปลัดกระทรวงสาธารณสุข ฉบับ มกราคม ๒๕๖๘ ประเภทครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์การแพทย์ ทันตกรรม DE-๒๕ เครื่องรอกพินแบบเคลื่อนที่ได้ (Mobile Airtor) ราคาเครื่องละ ๑๑๐,๐๐๐ บาท โดยมีรายละเอียด ดังนี้

#### ๑. คุณสมบัติทั่วไป

๑.๑ อุปกรณ์ประกอบด้วย

๑.๑.๑ ต่้ามกรอเร็ว จำนวน ๒ หัว

๑.๑.๒ ต่้ามกรอช้า จำนวน ๑ หัว

๑.๑.๓ Tripple Syring จำนวน ๑ หัว

๑.๑.๔ เครื่องอัดอากาศชนิดไม่ใช้น้ำมันหล่อลื่น ขนาดไม่น้อยกว่า ๑ แรงม้า จำนวน ๑ เครื่อง

๑.๑.๕ ระบบดูดน้ำลายแบบมอเตอร์ชนิดไม่ใช้น้ำมัน (Oilless) จำนวน ๑ เครื่อง

๑.๒ เครื่องรอกพิน และเครื่องกำเนิดอัดอากาศแยกจากกัน เพื่อความสะดวกในการขนย้าย และนำอากาศอัดจากเครื่องอัดอากาศถึงเครื่องรอกพิน มีความยาว ๑๐ - ๑๕ เมตร ตัวสายทำด้วย Polyurethane ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๖ มิลลิเมตร

๑.๓ เครื่องรอกพินโครงสร้างทำจากโลหะที่มีการเคลือบป้องกันสนิม มีขนาดความกว้างไม่เกิน ๕๐ เซนติเมตร ความยาวไม่เกิน ๕๒ เซนติเมตร และความสูงไม่เกิน ๘๐ เซนติเมตร มีล้อเลื่อนสามารถเคลื่อนย้ายได้สะดวก และมีความสมดุล

๑.๔ ด้านบนของเครื่องรอกพิน จะต้องมีการแบ่งช่องสำหรับวางถาดเครื่องมือเป็นสัดส่วน ไม่น้อยกว่า ๓ ช่อง เพื่อเป็นสัดส่วนในการใช้งานและป้องกันการเลือนไหลของถาดและมีขนาดไม่น้อยกว่า ๑๑ x ๑๕ ตารางนิ้ว

๑.๕ ใช้งานกับไฟฟ้ากระแสสลับขนาดแรงดัน ๒๒๐ โวลต์ ๕๐ เฮิร์ตซ์

๑.๖ เป็นผลิตภัณฑ์ประเทศไทย

๒. คุณสมบัติ...

## ๒. คุณสมบัติทางเทคนิค

### ๒.๑ ด้ามกรอ ประกอบด้วย

๒.๑.๑ ด้ามกรอเร็ว (Airtor) จำนวน ๒ หัว โดยมีคุณสมบัติ

๒.๑.๑.๑ เป็นชนิดที่มีรูน้ำออกระบายความร้อนของหัว bur จากการกรอฟันที่ส่วนหัวไม่น้อยกว่า ๓ รู ด้านท้ายเป็นแบบ ๔ Holes

๒.๑.๑.๒ สามารถฆ่าเชื้อโรคได้โดยการนิ่งฆ่าเชื้อได้โดยทนความร้อนได้สูงถึง ๑๓๕ องศาเซลเซียส

๒.๑.๒ ด้ามกรอช้า จำนวน ๑ ชุด

๒.๑.๒.๑ Micro motor เป็นชนิด Air micro motor โดยมีด้านท้ายเป็นแบบ ๔ Holes

๒.๑.๒.๒ สามารถต่อสเปรย์น้ำและสามารถปรับความเร็วได้

๒.๑.๒.๓ มีด้ามต่อชนิดตรง (Straight) ชนิดหักมุม (Contra Angle) อย่างละ ๑ ด้ามกรอ

๒.๑.๒.๔ สามารถฆ่าเชื้อโรคได้โดยการนิ่งฆ่าเชื้อได้โดยทนความร้อนได้สูงถึง ๑๓๕ องศาเซลเซียส

ยกเว้น Electric micro motor

๒.๑.๒.๕ มี Triple Syringe สามารถเป่าน้ำหรือลมหรือน้ำและลมพร้อมกัน ปลายทิปสามารถถอดออกฆ่าเชื้อด้วยการนิ่งฆ่าเชื้อได้โดยคุณภาพคงเดิม และสามารถหมุนปลายทิปได้ไม่น้อยกว่า ๑๘๐ องศา

๒.๑.๒.๖ สายด้ามกรอและสาย Triple Syringe เป็นเส้นตรงทำด้วยซิลิโคนผิวเรียบ ทำความสะอาดง่าย

### ๒.๒ ระบบควบคุมการทำงาน

๒.๒.๑ มีระบบ First Priority

๒.๒.๒ มีระบบป้องกันการดูดน้ำย้อนกลับเข้าด้ามกรอ

๒.๒.๓ สามารถปรับปริมาณน้ำและแรงดันอากาศอัดของด้ามกรอในแต่ละชุดได้สะดวกโดยผ่าน Needle Valve และมีมาตรวัดแรงดันอากาศอัดที่ใช้กับด้ามกรอ

๒.๒.๔ ต้องไม่มีการบีบหรือหักพับสายที่เป็นทางเดินของน้ำและอากาศอัดในระบบ

๒.๒.๕ สายที่เป็นทางเดินของน้ำและอากาศอัดภายในระบบควบคุมต้องเป็นสายที่ทำจาก Polyurethane (PU)

๒.๒.๖ มีมาตรวัดแสดงการทำงานของด้ามกรออยู่ในตำแหน่งที่มองเห็นได้ชัดเจน

๒.๒.๗ มีสวิตช์เท้า (Foot Switch) ควบคุมการทำงานด้ามกรอฟันและสามารถเปิด-ปิดน้ำของด้ามหัวกรอได้

### ๒.๓ ภาชนะบรรจุน้ำกลั่นสำหรับใช้เครื่องกรอ

๒.๓.๑ เป็นภาชนะใส ทนแรงดันได้ไม่น้อยกว่า ๓ Bar

๒.๓.๒ เมื่อเกิดการระเบิดอันเนื่องมาจากแรงดันอากาศอัดภายในภาชนะ ตัวภาชนะจะต้องไม่แตกกระจายจนเกิดอันตรายแก่ผู้ที่อยู่ใกล้เคียง

๒.๓.๓ สามารถถอดเปลี่ยนภาชนะออกเพื่อเติมน้ำหรือทำความสะอาดได้สะดวก

๒.๓.๔ มีระบบระบายลมก่อนถอดเปลี่ยนภาชนะ

๒.๓.๕ มีภาชนะสำรอง ๒ ใบ

๒.๔ ที่ใส่หรือวางด้ามกรอ

๒.๔.๑ สำหรับด้ามกรอเร็ว ๒ ที่ สำหรับด้ามกรอช้า ๑ ที่ และ Triple Syringe ๑ ที่

๒.๔.๒ ทำด้วยวัสดุที่แข็งแรง ไม่แตกหักง่าย สามารถทำความสะอาดได้ง่ายและวางหรือใส่ด้ามกรอได้อย่างมั่นคง

๒.๕ ระบบดูดน้ำลาย (Suction) เป็นแบบติดตั้งภายใน (Built-in)

๒.๕.๑ เป็นระบบมอเตอร์ชนิดไม่ใช้น้ำมัน (Oilless)

๒.๕.๒ มีแรงดันสูงสุดไม่ต่ำกว่า ๒๐๐ mmHg หรือเทียบเท่า

๒.๕.๓ มีระบบป้องกันน้ำล้นเข้ามอเตอร์

๒.๕.๔ มีภาชนะบรรจุน้ำลาย ขนาด ๒,๕๐๐ ml

๒.๖ เครื่องอัดอากาศ (Air Compressor) มีคุณลักษณะดังนี้

๒.๖.๑ เป็นระบบไม่ใช้น้ำมันหล่อลื่น

๒.๖.๒ กำลังของมอเตอร์ ขนาด ๑ แรงม้า

๒.๖.๓ จำนวนรอบการหมุนของมอเตอร์ไม่เกิน ๑,๕๐๐ รอบต่อนาที

๒.๖.๔ สามารถผลิตปริมาณอากาศอัดที่ ๕ Bar ได้ไม่น้อยกว่า ๘๐ ลิตรต่อนาที

๒.๖.๕ มีระบบป้องกันมอเตอร์ชำรุด เมื่อเกิดภาวะผิดปกติ

๒.๖.๖ ถังบรรจุอากาศอัดภายในเคลือบกันสนิม ความจุไม่น้อยกว่า ๒๒ ลิตร พร้อมระบบ Safety Valve และมาตรวัดแรงดันอากาศเก็บอยู่ในถัง และมีวาล์วเปิดหรือปล่อยอากาศอัดและน้ำทิ้งติดตั้งใช้งานได้อย่างสะดวก

๒.๖.๗ มีสวิทช์อัตโนมัติควบคุมการทำงานของมอเตอร์ให้ปริมาณอากาศอัดในถังอยู่ในพิสัยโดยช่วง Cut – In มีแรงดันไม่ต่ำกว่า ๕ Bar

๒.๖.๘ มีอุปกรณ์ปรับปรุงคุณภาพอากาศอัด ดังนี้

๒.๖.๘.๑ Air Filter จำนวน ๑ ตัว

๒.๖.๘.๒ Regulator พร้อมมาตรวัดความดันอากาศอัดที่ออกจากถัง จำนวน ๑ ชุด

๒.๖.๙ มีล้อเลื่อนและมือจับเพื่อสะดวกในการเคลื่อนย้าย

๓. เงื่อนไขเฉพาะ

๓.๑ มีใบรับรองการเป็นตัวแทนจำหน่ายจากผู้ผลิต

๓.๒ รับประกันคุณภาพเป็นระยะเวลา ๑ ปี นับจากวันตรวจรับ

๓.๓ คู่มือการใช้และบำรุงรักษาเป็นภาษาไทย จำนวน ๑ ชุด

๓.๔ ผลิตจากโรงงานที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO๙๐๐๑:๒๐๑๕, ISO๑๓๘๘๕:๒๐๑๖, IAF๓๖๙๔๙:๒๐๑๖ ISO๑๔๐๐๑:๒๐๑๕

๓.๕ ผู้เสนอราคามีบริการหลังการขายในกรณีสินค้ามีปัญหาผ่านช่องทาง Line Official Account หรือ Call Center

๓.๖ บริษัทขนส่งมีมาตรฐาน GDP และมาตรฐานคุณภาพบริการขนส่งจากสมาคมขนส่งทางบกแห่งประเทศไทย เพื่อให้มั่นใจในระบบการขนส่งที่มีคุณภาพ

**๕. กำหนดเวลาส่งมอบพัสดุ**

กำหนดระยะเวลาส่งมอบพัสดุภายใน ๔๕ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาซื้อขาย

**๖. หลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ**

พิจารณาโดยใช้เกณฑ์ราคา

**๗. ราคากลาง แหล่งที่มาของราคา**

- ตามบัญชีรายการครุภัณฑ์ สำนักปลัดกระทรวงสาธารณสุข ฉบับ มกราคม ๒๕๖๘ ประเภทครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์การแพทย์ ทันตกรรม DE-๒๕ เครื่องรอฟันแบบเคลื่อนที่ได้ (Mobile Airtor) ราคาเครื่องละ ๑๑๐,๐๐๐ บาท

- ราคาที่ได้มาจากการสืบราคาจากท้องตลาด เครื่องรอฟันแบบเคลื่อนที่ได้ ๑ เครื่อง ราคาต่อหน่วย (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) เป็นเงิน ๑๑๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน) จาก ๓ บริษัท ได้แก่ ๑) บริษัท เอส อาร์ เมดิคอล ซัพพลาย จำกัด ๒) บริษัท โค อินเตอร์ เทรด จำกัด ๓) ห้างหุ้นส่วนจำกัด กรีนเวิลด์ อินเทอร์เน็ต (ประเทศไทย)

- จำนวน ๒ แห่ง ๆ ละ ๑ เครื่อง ๆ ละ ๑๑๐,๐๐๐ บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๒๒๐,๐๐๐ บาท (สองแสนสองหมื่นบาทถ้วน)

**๘. วงเงินงบประมาณ/วงเงินที่ได้รับการจัดสรร**

๘.๑ ภายในวงเงิน ๒๒๐,๐๐๐ บาท (สองแสนสองหมื่นบาทถ้วน)

๘.๒ โดยเบิกจ่ายจากเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ รหัสหน่วยงาน ๗๕๑VE องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ เลขที่เอกสาร ๑๐๐๐๐๑๘๘๕ ใบอนุมัติเงินจัดสรร แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การจัดสรรงวดที่ ๑ ครั้งที่ ๑ อนุมัติเมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ งบรายจ่าย รายการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ


**๙. งวดงานและการจ่ายเงิน จำนวน ๑ งวด เป็นเงิน ๒๒๐,๐๐๐ บาท (สองแสนสองหมื่นบาทถ้วน)**


๑๐. อัตราค่าปรับ


หากไม่ส่งมอบพัสดุภายในกำหนดจะคิดค่าปรับรายวัน ในอัตราร้อยละ ๐.๒๐ ของราคา  
สิ่งของที่ยังไม่ได้รับมอบ

๑๑. การกำหนดระยะเวลารับประกันความชำรุดบกพร่อง (ถ้ามี)

ผู้ขายต้องรับประกันความชำรุดบกพร่อง เป็นเวลา ๑ ปี นับถัดจากวันที่ส่งมอบพัสดุ โดยผู้ขายต้อง  
ทำการบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซม แก้ไขให้ใช้งานได้ดังเดิม ภายใน ๗ วัน

(ลงชื่อ)..........ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง  
(นางสาวราตรี เมตตาพล) หัวหน้าฝ่ายป้องกันและควบคุมโรค ประธานคณะกรรมการ

(ลงชื่อ)..........ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ กรรมการ  
(นางบัวกนก ไชยพารา) รพ.สต.โพนทอง

(ลงชื่อ)..........ตำแหน่ง เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขชำนาญงาน กรรมการและเลขานุการ  
(นางณัฐปรีญา เพิ่มพูน) รพ.สต.โพนทอง


เรียน นายองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

- เพื่อโปรดทราบ

คณะกรรมการฯ ได้ดำเนินการจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะของพัสดุฯ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

- จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติใช้รายละเอียดคุณลักษณะของพัสดุฯ

เพื่อใช้ในการจัดซื้อ/จัดจ้างต่อไป

(ลงชื่อ).....


(นายสังเวียน งาห์ถึ)

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน  
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข

ความเห็นของปลัด...

ความเห็นของปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด

เห็นควรอนุมัติ

(ลงชื่อ) 

(นายวิมล ไชยکان)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด รักษาการแทน  
ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

ความเห็นของรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด

(ลงชื่อ) 

(นางสาวพัชรี แทนทรัพย์)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

ความเห็นของนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด

- อนุมัติตามเสนอ
- อื่นๆ.....

(ลงชื่อ) 

(นางสาวสุวิรรณ นาคาศัย)

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

รองนายก.....
ปลัดองค์การ.....
รองปลัดองค์การ.....
ผอ.กองสาธารณสุข..... ๒ ๓๐ มิ.ย. ๖๙
สว. เกษ. ๒๕ มิ.ย. ๖๙
เข้าหน้าที. สว. ๓๐ มิ.ย. ๖๙