



# บันทึกข้อความ

แฟ้มเข้าห้องรายนายกฯ

รับที่ 279 ท.ศ. 69

วันที่ 6 มี.ค. 69 เวลา 15.24

ปลัด อบจ. ชัยภูมิ

เลขรับที่ 769 / 69

วันที่ 6 มี.ค. 2569

เวลา 10.00

ส่วนราชการ กองสาธารณสุข ฝ่ายบริการสาธารณสุข โทร ๐๘๕-๕๙๓-๑๔๔๕

ที่ ขย. ๕๑๐๐๖.๒/- วันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๙

เรื่อง ขออนุมัติจัดทำร่างขอบเขตของงานและกำหนดราคากลางรายละเอียดคุณลักษณะจัดซื้อเครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจชนิดอัตโนมัติ พร้อมตู้ตั้งพื้น จอแสดงผลและระบบสัญญาณเตือนของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ จำนวน ๑๐ แห่ง

เรียน นายองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

แฟ้มเข้าห้องนายก  
รับที่ ๓๐๖๐๒๓๕  
วันที่ 11 มี.ค. 69 เวลา ๑๖.๐๐

## ๑. เรื่องเดิม

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ที่ ๓๓๘/๒๕๖๙ ลงวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงานและกำหนดราคากลางรายละเอียดคุณลักษณะจัดซื้อเครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจชนิดอัตโนมัติ พร้อมตู้ตั้งพื้น จอแสดงผลและระบบสัญญาณเตือนของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ จำนวน ๑๐ แห่ง ๆ ละ ๑ ชุด ๆ ละ ๗๐,๐๐๐ บาท รวมเป็นเงิน ๗๐๐,๐๐๐ บาท (เจ็ดแสนบาทถ้วน) เพื่อให้การดำเนินการจัดซื้อดังกล่าวเป็นไปด้วยความถูกต้อง และถือปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๒๑ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะและกำหนดราคากลาง ประกอบด้วย

- |                               |                               |               |
|-------------------------------|-------------------------------|---------------|
| ๑. นางสาวอภิญญา อภัยฤทธิ์รงค์ | หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข | ประธานกรรมการ |
| ๒. นางชัยณานุช ตั้งตา         | ผอ.รพ.สต. ตะโกทอง             | กรรมการ       |
| ๓. นายกัณทกณ ต่อสกุล          | ผอ.รพ.สต. จอมแก้ว             | กรรมการ       |
|                               |                               | และเลขานุการ  |

บัดนี้ คณะกรรมการ ฯ ได้ดำเนินการจัดทำร่างขอบเขตของงาน เสร็จเรียบร้อยแล้ว  
ดังต่อไปนี้

## ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR)

จัดซื้อเครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจชนิดอัตโนมัติ พร้อมตู้ตั้งพื้น จอแสดงผลและระบบสัญญาณเตือนของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ จำนวน ๑๐ แห่ง

### ๑. ความเป็นมา

จังหวัดชัยภูมิมีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ทั้งหมด ๑๖๗ แห่ง โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิได้รับการถ่ายโอนภารกิจสถานีนอนามัยเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา นวมินทราชินี และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในเขตพื้นที่จังหวัดชัยภูมิ จำนวน ๗๘ แห่ง รับผิดชอบดูแลประชากรในพื้นที่ครอบคลุม ทั้งด้านการรักษาพยาบาลเบื้องต้น การส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค การฟื้นฟูสภาพ และการคุ้มครองผู้บริโภค แต่เนื่องจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมียังขาดแคลนครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจชนิดอัตโนมัติ พร้อมตู้ตั้งพื้น จอแสดงผลและระบบสัญญาณเตือน เพื่อเป็นการส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาศักยภาพการให้บริการด้านสาธารณสุขแก่ประชาชนในพื้นที่ จึงมีความจำเป็นต้องจัดซื้อเครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจชนิดอัตโนมัติ พร้อมตู้ตั้งพื้น จอแสดงผลและระบบสัญญาณเตือน เพื่อสนับสนุนการให้บริการด้านสาธารณสุขของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ จำนวน ๑๐ แห่ง ๆ ละ ๑ ชุด ๆ ละ ๗๐,๐๐๐ บาท รวมเป็นเงิน ๗๐๐,๐๐๐ บาท (เจ็ดแสนบาทถ้วน)

๒. วัตถุประสงค์...

## ๒. วัตถุประสงค์

๑) เพื่อส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาศักยภาพการให้บริการด้านสาธารณสุขแก่ประชาชนในพื้นที่

๒) เพื่อให้โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ มีเครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจชนิดอัตโนมัติ พร้อมตู้ตั้งพื้น จอแสดงผลและระบบสัญญาณเตือนสำหรับให้บริการแก่ประชาชนในพื้นที่

## ๓. คุณสมบัติผู้ยื่นเสนอ

๑) มีความสามารถตามกฎหมาย  
๒) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย  
๓) ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ  
๔) ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราวเนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

๕) ไม่เป็นบุคคลถูกระงับชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

๖) มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ กำหนดในราชกิจจานุเบกษา

๗) เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

๘) ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นเสนอราคาให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ณ วันที่ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาครั้งนี้

๙) ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นนั้น

๑๐) ผู้ยื่นขอเสนอราคาต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

๑๑) ผู้เสนอราคาต้องยื่นหนังสือแต่งตั้งตัวแทนจำหน่าย ซึ่งต้องได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนจำหน่ายจากผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่ายในประเทศไทย โดยให้ยื่นขณะเข้าเสนอราคา

๔. คู่สัญญาต้องจัดทำแผนการทำงานมาให้ภายใน ๓๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา โดยจัดทำแผนการทำงานตามเอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ เว้นแต่เป็นกรณีการเข้าสัญญาอายุไม่เกิน ๙๐ วัน หรือสัญญาที่มีวงเงินไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท ทั้งนี้ แผนการทำงานดังกล่าวให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

๕. รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะดำเนินการจัดซื้อหรือขอบเขตของงานที่จะดำเนินการจ้างหรือแบบรูปารายการงานก่อสร้างที่จะดำเนินการจ้าง (แล้วแต่กรณี) และเอกสารแนบท้ายอื่น ๆ

จัดซื้อเครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจชนิดอัตโนมัติ พร้อมตู้ตั้งพื้น จอแสดงผลและระบบสัญญาณเตือนของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ จำนวน ๑๐ แห่ง ๆ ละ ๑ ชุด ๆ ละ ๗๐,๐๐๐ บาท รวมเป็นเงิน ๗๐๐,๐๐๐ บาท (เจ็ดแสนบาทถ้วน) โดยมีรายละเอียดคุณลักษณะ ดังนี้

วัตถุประสงค์...

## วัตถุประสงค์การใช้งาน

ใช้สำหรับกระตุ้นหัวใจด้วยไฟฟ้า กรณีที่หัวใจหยุดเต้นให้กลับมาทำงานตามปกติ โดยมีระบบวิเคราะห์ คลื่นไฟฟ้าหัวใจพร้อมคำแนะนำขั้นตอนต่าง ๆ ของการทำการฟื้นคืนคลื่นหัวใจ

### ๑. คุณสมบัติทั่วไป

๑.๑ เป็นเครื่องฟื้นคืนคลื่นหัวใจด้วยไฟฟ้าขนาดเล็กน้ำหนัก ๒ กิโลกรัม (รวมแบตเตอรี่) เพื่อให้เคลื่อนย้ายได้สะดวก

๑.๒ สามารถใช้กระตุ้นหัวใจได้ทั้งผู้ใหญ่และเด็ก

๑.๓ ตัวเครื่องประกอบด้วย ๒ ภาค คือ ภาควิเคราะห์คลื่นหัวใจและภาคกระตุ้นหัวใจด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบแนะนำเสียงเป็นภาษาไทยเป็นอย่างน้อย

๑.๔ มีระบบ Selftest ชนิด daily, weekly, monthly และ run time selftest เพื่อตรวจการทำงานและระบบของเครื่องได้

๑.๕ เครื่องสามารถแสดงระดับแบตเตอรี่ได้แบบ real time และมีไฟแสดงสถานะของเครื่อง

๑.๖ มีหน้าตาเฉพาะบนเครื่องแสดงวันหมดอายุของแผ่นอิเล็กโทรด ช่วยให้ผู้ใช้สามารถตรวจสอบวันหมดอายุของแผ่นอิเล็กโทรดได้อย่างรวดเร็ว

๑.๗ สามารถเก็บรักษาได้ที่อุณหภูมิระหว่าง - ๓๐ ถึง ๗๐ องศาเซลเซียส, สามารถทำงาน, standby ได้ที่อุณหภูมิระหว่าง - ๒๕ ถึง ๖๐ องศาเซลเซียส และความชื้นสัมพัทธ์ ๐-๙๕ %

๑.๘ มีช่องสำหรับเชื่อมต่อ USB และใส่ซิมโทรศัพท์ได้เพื่อประโยชน์ในการถ่ายโอนข้อมูลและรองรับการเชื่อมต่อ wifi ได้

๑.๙ แบตเตอรี่เป็นแบบ manganese dioxide lithium battery ความจุ ๔,๕๐๐ mAh มีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า ๗ ปี

๑.๑๐ เป็นผลิตภัณฑ์ที่สามารถใช้งานได้ถูกต้องตาม AHA CPR Guideline ๒๐๑๕

๑.๑๑ มีระดับการป้องกันการรั่วซึมอันเป็นอันตรายจากของแข็งและน้ำชนิด IP ๖๕

### ๒. คุณสมบัติทางเทคนิค

๒.๑ ภาควิเคราะห์คลื่นหัวใจ

๒.๑.๑ มีภาพแนะนำการใช้งานที่ตัวเครื่อง

๒.๑.๒ สามารถรับสัญญาณคลื่นไฟฟ้าหัวใจโดยผ่านแผ่นกระตุ้นหัวใจของเครื่องได้

๒.๑.๓ สามารถบันทึกข้อมูล ECG และ CPR ได้เป็นเวลา ๘ ชั่วโมง หากมีการสั่งและสามารถบันทึกเสียงข้อมูล (voice recording) ได้เป็นเวลา ๗๒ นาที และสามารถดึงข้อมูลผ่าน USB และ wifi ได้

๒.๒ ภาคฟื้นคืนคลื่นหัวใจ

๒.๒.๑ รูปคลื่นเป็นแบบ Biphasic truncated exponential (BTE) waveform, auto-compensation according to patient impedance โดยให้พลังงานสูงสุดไม่น้อยกว่า ๓๖๐ Joules และมีพิสัยสำหรับการวัดความต้านทานกระแสไฟฟ้าของผู้ป่วยในช่วง ๒๐-๓๐๐ โอห์ม

๒.๒.๒ ตัวเลือกพลังงาน First shock energy สำหรับผู้ใหญ่ : ค่าเริ่มต้น ๒๐๐ Joules และสามารถปรับได้ระหว่าง ๑๐๐/๑๕๐/๑๗๐/๒๐๐/๓๐๐/๓๖๐ Joules, Second shock energy ค่าเริ่มต้น ๓๐๐ Joules และ Third shock energy ค่าเริ่มต้น ๓๖๐ Joules

๒.๒.๓. ตัวเลือกพลังงาน...

๒.๒.๓. ตัวเลือกพลังงาน First shock energy สำหรับเด็ก : ค่าเริ่มต้น ๕๐ Joules และสามารถปรับได้ระหว่าง ๑๐/๑๕/๒๐/๓๐/๕๐/๗๐/๑๐๐ Joules, Second shock energy ค่าเริ่มต้น ๗๐ Joules และ Third shock energy ค่าเริ่มต้น ๑๐๐ Joules

๒.๒.๔ ใช้เวลาในการชาร์จตั้งแต่เปิดเครื่องครั้งแรกจนเสร็จสิ้นการชาร์จน้อยกว่า ๗ วินาที

๒.๒.๕ สามารถกระตุกหัวใจโดยใช้ electrode pads

๒.๒.๖ มีระบบวิเคราะห์คลื่นไฟฟ้าหัวใจของผู้ป่วยแบบอัตโนมัติพร้อมคำแนะนำ เมื่อพบความผิดปกติของคลื่นไฟฟ้าหัวใจ

๒.๒.๗ มีระบบแนะนำการใช้งานเพื่อกระตุ้นหัวใจแสดงด้วยเสียงและภาพนิ่งบนเครื่องที่ง่ายในการทำตาม

๒.๒.๘ สามารถฟื้นคืนคลื่นหัวใจโดยใช้ไฟฟ้าจากแบตเตอรี่ได้อย่างน้อย ๔๒๐ ครั้ง ที่พลังงาน ๒๐๐ Joules และสามารถใช้งานต่อเนื่องได้ไม่น้อยกว่า ๑๖ ชั่วโมง

### ๓. อุปกรณ์ประกอบการใช้งาน

๓.๑ electrode pads สำหรับผู้ใหญ่หรือเด็ก

๓.๒ แบตเตอรี่สำหรับใช้กับเครื่อง จำนวน ๑ ก้อน

๓.๓ ตู้ตั้งพื้น จอแสดงผลพร้อมระบบสัญญาณเตือน ๑ ตู้

๓.๔ คู่มือแนะนำการใช้งาน

### ๔. เงื่อนไขเฉพาะ

๔.๑ เป็นสินค้าที่ไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อน

๔.๒ ผู้เสนอราคาจะต้องรับประกันคุณภาพ ๑ ปีนับจากวันตรวจรับ

๔.๓ ผู้เสนอราคามีบริการหลังการขายในกรณีสินค้ามีปัญหาผ่านช่องทาง Line Official Account หรือ Call Center

๔.๔ โรงงานผู้ผลิตได้รับรองคุณภาพการผลิตเครื่องมือแพทย์ ISO ๑๓๔๘๕

๔.๕ ในกรณีที่คณะกรรมการพิจารณาผลมีข้อสงสัยในคุณลักษณะ ขอให้ผู้ยื่นข้อเสนอ นำแค็ตตาล็อกหรืออุปกรณ์ตัวจริงมาแสดงในวัน เวลา และสถานที่ ที่คณะกรรมการ ฯ กำหนด

### ๖. กำหนดเวลาส่งมอบพัสดุ

๕.๑ กำหนดระยะเวลาส่งมอบพัสดุภายใน ๖๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาซื้อขาย

๕.๒ กำหนดยื่นราคาไม่น้อยกว่า ๙๐ วัน

### ๗. หลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ

- พิจารณาโดยใช้เกณฑ์ราคา

### ๘. วงเงินงบประมาณ/วงเงินที่ได้รับการจัดสรร

๗.๑ ภายในวงเงิน ๗๐๐,๐๐๐ บาท (เจ็ดแสนบาทถ้วน)

๗.๒ โดยเบิกจ่ายตามประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ เรื่อง แก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (รายการกันเงิน) อนุมัติเมื่อวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๙ แก้ไขเปลี่ยนแปลงครั้งที่ ๓๐ โอนตั้งจ่ายรายการใหม่ (บัญชีโอนเงิน ครั้งที่ ๙๗ ลงวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๘) แผนงานสาธารณสุข งานโรงพยาบาล งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทรายจ่ายครุภัณฑ์ วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ รายละเอียดตามประกาศ ฯ ที่แนบมาพร้อมนี้

### ๙. สถานที่ส่งมอบ...

#### ๙. สถานที่ส่งมอบ

- ผู้ขายหรือผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบพัสดุ ณ สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ถนนองค์การฯ สาย ๑ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ

#### ๑๐. เงื่อนไขการชำระเงิน


- ผู้ขายหรือผู้รับจ้างต้องส่งมอบพัสดุให้กับผู้ซื้อหรือผู้ว่าจ้างภายใน ๖๐ วัน นับตั้งแต่มูลค่างานในสัญญาหรือวันส่งซื้อส่งจ้าง โดยให้ส่งมอบจำนวน ๑ วงด ให้ครบถ้วน และเมื่อตรวจรับถูกต้องตามระเบียบกฎหมาย ผู้ซื้อหรือผู้ว่าจ้างจะจ่ายเงินให้กับผู้ขายหรือผู้รับจ้างให้ครบถ้วนภายในกำหนด ๑ วงด

#### ๑๑. อัตราค่าปรับ

- หากผู้ขายไม่สามารถส่งมอบพัสดุภายในเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญาซื้อขาย ผู้ขายจะต้องชำระค่าปรับให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ นับถัดจากวันครบกำหนดตามสัญญาซื้อขายจนถึงวันที่ขายเป็นรายวันอัตราร้อยละ ๐.๒๐ ของมูลค่าสิ่งของที่ยังไม่ส่งมอบแต่ไม่ต่ำกว่าวันละ ๑๐๐ บาท

#### ๑๒. การรับประกันความชำรุดบกพร่องของพัสดุที่ส่งมอบ

- ผู้ขายต้องรับประกันความชำรุดบกพร่องหรือขัดข้องของพัสดุเป็นเวลา ๑ ปี นับแต่วันที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ได้รับมอบ โดยภายในกำหนดเวลาดังกล่าว หากสิ่งของเกิดชำรุดบกพร่องหรือขัดข้องผู้ขายจะต้องจัดการซ่อมแซม หรือแก้ไขให้อยู่ในสภาพที่ใช้การได้ดีดังเดิม ภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น หากไม่ดำเนินการให้เสร็จสิ้น ภายใน ๑๕ วัน นับจากวันที่ผู้ขายได้ทราบการแจ้งความชำรุดเสียหาย หากไม่ดำเนินการแก้ไขในกำหนดระยะเวลาดังกล่าว องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิจะดำเนินการเองหรือจ้างบุคคลอื่นดำเนินการ ผู้ขายจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมด โดยไม่มีข้อโต้แย้ง

(ลงชื่อ)..........ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข ประธานคณะกรรมการ  
(นางสาวอภิญญา อภัยฤทธิรงค์)

(ลงชื่อ)..........ตำแหน่ง ผอ.รพ.สต. ตะโกทอง กรรมการ  
(นางชัญญานุช ตั้งตา)

(ลงชื่อ)..........ตำแหน่ง ผอ.รพ.สต. จอมแก้ว กรรมการและเลขานุการ  
(นายกัณทภณ ต่อสกุล)

เรียน นายกองค้การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

- เพื่อโปรดทราบ

คณะกรรมการฯ ได้ดำเนินการจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะของพัสดุฯ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

- จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติใช้รายละเอียดคุณลักษณะของพัสดุฯ

เพื่อใช้ในการจัดซื้อ/จัดจ้างต่อไป

(ลงชื่อ).....

(นายสังเวียง งามหัตถ์)

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข

ความเห็นของปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด

เห็นควรอนุมัติ

(ลงชื่อ).....

(นายวัลลภ ไชยคาน)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด รักษาราชการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

ความเห็นของรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด

เห็นควรอนุมัติ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวพัชรี แทนทรัพย์)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

ความเห็นของนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด

อนุมัติตามเสนอ

อื่นๆ.....

(ลงชื่อ).....

(นางสาวสุวิวรรณ นาคาศัย)

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

รายละเอียดแนบท้ายขอบเขตของงาน

จัดซื้อเครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจชนิดอัตโนมัติ พร้อมตู้ตั้งพื้น จอแสดงผลและระบบสัญญาณเตือน  
ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ จำนวน ๑๐ แห่ง ๆ ละ ๑ ชุด

ที่	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล	จำนวน (ชุด)	งบประมาณ (บาท)
๑	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลช่องสำราญ	๑ ชุด	๗๐,๐๐๐.-
๒	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยหินฝน	๑ ชุด	๗๐,๐๐๐.-
๓	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดงบัง	๑ ชุด	๗๐,๐๐๐.-
๔	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโนนเหมา	๑ ชุด	๗๐,๐๐๐.-
๕	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโคกเพชร	๑ ชุด	๗๐,๐๐๐.-
๖	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยทะเล	๑ ชุด	๗๐,๐๐๐.-
๗	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลจอมแก้ว	๑ ชุด	๗๐,๐๐๐.-
๘	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตะโกทอง	๑ ชุด	๗๐,๐๐๐.-
๙	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาฝาย	๑ ชุด	๗๐,๐๐๐.-
๑๐	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านวังใหม่พัฒนา	๑ ชุด	๗๐,๐๐๐.-