


**ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย  
การจัดซื้อจัดจ้างที่มีใช้งานก่อสร้าง**


๑. ชื่อโครงการ : จัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ทางทันตกรรมเพื่อสนับสนุนการให้บริการด้านสาธารณสุขของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดงบัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ตำบลดงบัง อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ ๑ ชุด
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ : กองสาธารณสุข องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร : ๓๐๕,๖๐๐.-บาท (สามแสนห้าพันหกร้อยบาทถ้วน)
๔. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) : วันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๔  
เป็นเงิน ๓๐๕,๖๐๐.-บาท (สามแสนห้าพันหกร้อยบาทถ้วน)  
ราคา/หน่วย (ถ้ามี)  
๑) จัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ทางทันตกรรมเพื่อสนับสนุนการให้บริการด้านสาธารณสุขของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดงบัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ตำบลดงบัง อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ ๑ ชุด ๆ ละ ๓๐๕,๖๐๐ บาท (สามแสนห้าพันหกร้อยบาทถ้วน)
๕. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
  - ราคาตามท้องตลาดจากบริษัทที่จำหน่าย จำนวน ๓ บริษัท ได้แก่
    - ๑) บริษัท เอส อาร์ เมดิคอล ซัพพลาย จำกัด
    - ๒) บริษัท โค อินเตอร์ เทรด จำกัด
    - ๓) ห้างหุ้นส่วนจำกัด กรีนเวิลด์ อินเตอร์เนชันแนล (ประเทศไทย)
๖. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
 

๑) นายทรงยศ เขาว์ฝึกปัง	ผอ.รพ.สต. ดงบัง	ประธานกรรมการ
๒) นางสาววิชราภรณ์ วันนา	เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขปฏิบัติงาน	กรรมการ
๓) นางสาวปรีดิ์รัมย์ เตื่อยโยชน์	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ	กรรมการ และเลขานุการ

(ลงชื่อ)..........ตำแหน่ง ผอ.รพ.สต. ดงบัง  
(นายทรงยศ เขาว์ฝึกปัง)

ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ)..........ตำแหน่ง เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขปฏิบัติงาน กรรมการ  
(นางสาววิชราภรณ์ วันนา)

(ลงชื่อ)..........ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ กรรมการ  
(นางสาวปรีดิ์รัมย์ เตื่อยโยชน์)

และเลขานุการ

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลาง  
การจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ทางทันตกรรมเพื่อสนับสนุนการให้บริการด้านสาธารณสุขของโรงพยาบาล  
ส่งเสริมสุขภาพตำบลดงบัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ  
ตำบลดงบัง อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ ๑ ชุด

๑. ความต้องการ

จัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ทางทันตกรรมเพื่อสนับสนุนการให้บริการด้านสาธารณสุขของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดงบัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ตำบลดงบัง อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ ๑ ชุด งบประมาณ ๓๐๕,๖๐๐ บาท (สามแสนห้าพันหกร้อยบาทถ้วน)

๒. วัตถุประสงค์การจัดซื้อ

๒.๑ เพื่อส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาศักยภาพการให้บริการด้านทันตกรรมแก่ประชาชนในพื้นที่


๒.๒ เพื่อให้โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดงบัง อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ มีวัสดุและครุภัณฑ์การแพทย์ทันตกรรมสำหรับให้บริการด้านทันตกรรมแก่ประชาชนในพื้นที่

๓. สถานที่ดำเนินการ

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดงบัง ตำบลดงบัง อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ

๔. ระยะเวลาดำเนินการ

กำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของงาน ภายใน ๖๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาซื้อขาย

(ลงชื่อ)..........ตำแหน่ง ผอ.รพ.สต. ดงบัง ภาระงานกรรมการ  
(นายทรรศยุ เชาว์ผึกปัง)


(ลงชื่อ)..........ตำแหน่ง เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขปฏิบัติงาน กรรมการ  
(นางสาววัชรภรณ์ วันนา)

(ลงชื่อ)..........ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ กรรมการ  
(นางสาวปริยรัศม์ เตื่อยโยชน์) และเลขานุการ

๕. คุณลักษณะเฉพาะ


จัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ทางทันตกรรมเพื่อสนับสนุนการให้บริการด้านสาธารณสุขของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดงบัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ตำบลดงบัง อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ ๑ ชุด งบประมาณ ๓๐๕,๖๐๐ บาท (สามแสนห้าพันหกร้อยบาทถ้วน) โดยมีรายละเอียดคุณลักษณะดังนี้

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน
๑.	<b>Mouth Mirror</b> (กระจก + ด้าม) ๑. ตัวกระจกเป็นกระจกส่องปาก ๒. ด้ามกระจกเป็นด้ามกลม มีร่องลายตัดกัน เรียบ กั้นลื่น และไม่เจ็บอุ้งมือ ๓. หน้าตัดกระจก ไม่สะท้อนเงาไม่มีรอยขีดข่วนง่าย ๔. ไม่เป็นสนิมและทนต่อการกัดกร่อน ๕. สามารถนำไปทำให้ปราศจากเชื้อด้วยวิธี Autoclave ได้โดยไม่เสียรูปทรงไม่สูญเสีย ความเรียบของผิวเครื่องมือและผิวเครื่องมือไม่ลอก	๓๕ อัน	๘๐.-บาท	๒,๘๐๐.-บาท
๒.	<b>Explorer</b> ๑. สามารถนำไปทำให้ปราศจากเชื้อด้วยวิธี Autoclave ได้โดยไม่เสียรูปทรงไม่สูญเสีย ความเรียบของผิวเครื่องมือ และผิวเครื่องมือไม่ลอก ๒. ด้ามจับเป็นด้ามกลม มีร่องลายตัดกัน (serrated) เรียบ กั้นลื่น และไม่เจ็บอุ้งมือ	๓๕ อัน	๖๕.-บาท	๒,๒๗๕.-บาท

(ลงชื่อ)..........ตำแหน่ง ผอ.รพ.สต. ดงบัง  
(นายทรงยศ เชาวน์ผกบัง)

ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ)..........ตำแหน่ง เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขปฏิบัติงาน กรรมการ  
(นางสาววิชราภรณ์ วันนา)

(ลงชื่อ)..........ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ กรรมการ  
(นางสาวปริยรัศม์ เตื่อยโยชน์)

กรรมการ  
และเลขานุการ


ลำดับที่	รายการ	จำนวน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน
๓.	Cotton Prier ๑. อบความร้อนได้ ไม่เป็นสนิม ๒. ไม่เป็นสนิมและทนต่อการกัดกร่อน	๓๕ อัน	๖๕.-บาท	๒,๒๗๕.-บาท
๔.	Tray Shallow Stainless ( ถาดสำหรับชุดตรวจ) ๑. สามารถนำไปทำให้ปราศจากเชื้อด้วยวิธี Autoclave ได้โดยไม่เสียรูปทรงไม่สูญเสียความเรียบของผิวเครื่องมือ และผิวเครื่องมือไม่ลอก ๒. ไม่เป็นสนิมและทนต่อการกัดกร่อน	๓๕ อัน	๙๐.-บาท	๓,๑๕๐.-บาท
๕.	Water Glass (แก้วน้ำ) 5 ออนซ์ ๑. สามารถนำไปทำให้ปราศจากเชื้อด้วยวิธี Autoclave ได้โดยไม่เสียรูปทรงไม่สูญเสียความเรียบของผิวเครื่องมือและผิวเครื่องมือไม่ลอก ๒. ไม่เป็นสนิมและทนต่อการกัดกร่อน	๓๔ ใบ	๙๐.-บาท	๓,๐๖๐.-บาท

(ลงชื่อ)..........ตำแหน่ง ผอ.รพ.สต. ดงบัง  
(นายทรงยศ เขาว์ฝักบัง)

ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ)..........ตำแหน่ง เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขปฏิบัติงาน  
(นางสาววิชรภรณ์ วันนา)

กรรมการ

(ลงชื่อ)..........ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ  
(นางสาวปรีรัตน์ เตื่อยโยชน์)

กรรมการ


และเลขานุการ

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน
๖.	<p><b>Forcep 150s บ(ด)</b> <b>คุณสมบัติทั่วไป</b> ๑. เป็นเครื่องมือสำหรับใช้ถอนฟันน้ำนมบนตามแบบที่กำหนด ๒. ผลิตจาก Stainless Steel หรือโลหะปลอดสนิมชนิดอื่นที่ดีกว่า หรือเทียบเท่าที่มีผิวมันวาว ๓. สามารถนำไปทำให้ปราศจากเชื้อด้วยวิธี Autoclave ได้ที่อุณหภูมิ ๑๓๔ องศา โดยผิววัสดุ ไม่ลบไม่เปื้อนสนิม และไม่ทำให้เครื่องมือบิดงอ ๔. มีชื่อตราสัญลักษณ์/หรือเลขรหัสประจำตัวเครื่องมือของผู้ผลิตประทับอยู่บนเครื่องมือเห็นได้ชัดเจน</p> <p><b>คุณสมบัติทางเทคนิค</b> เป็นคีมถอนฟันน้ำนมบน ออกแบบให้ด้านนอกของด้ามจับ (Handle) เป็นร่องลายแบบไขว้ เพื่อไม่ให้ลื่นหลุดมือขณะใช้งาน แต่ไม่ทำให้ปวดอุ้มมือขณะใช้งานเป็นระยะเวลานาน ส่วนต่อเชื่อม (Joint) มีลักษณะเป็นแบบสอดไขว้กัน หรือหุบเข้าได้สะดวกโดยไม่ฝืด หรือลื่นเกิน ปลายเครื่องมือมีลักษณะคล้ายปากนก (Beak) หักทำมุมเงยขึ้นเล็กน้อยตามแบบที่กำหนดส่วนปลายสุด (Working-end) ด้ามนอกรูปทรงโค้งมนคล้ายลิ้ม ด้ามในมีลักษณะคล้ายกากกล้วย และมีร่องบากตามยาวหลายร่อง (Groove) และสามารถทำความสะอาดบริเวณร่องได้โดยง่าย</p>	๕ อัน	๑,๖๕๐.-บาท	๘,๒๕๐.-บาท

(ลงชื่อ)..........ตำแหน่ง ผอ.รพ.สต. ดงบัง  
(นายทรงศุข เชาว์ผ่อง)


ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ)..........ตำแหน่ง เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขปฏิบัติงาน กรรมการ  
(นางสาววารารัตน์ วันนา)

(ลงชื่อ)..........ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ กรรมการ  
(นางสาวปริยรัตน์ เต๋อยโยชน์)


และเลขานุการ

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน
๗.	<b>Forcep 150 บ(ญ)</b> คุณสมบัติทั่วไป ๑. เป็นเครื่องมือสำหรับใช้ถอนฟันแท้บน ตามแบบที่กำหนด ๒. ผลิตจาก Stainless Steel หรือโลหะปลอดสนิม ชนิดอื่นที่ดีกว่า หรือเทียบเท่าที่มีผิวมันวาว ๓. สามารถนำไปทำให้ปราศจากเชื้อด้วยวิธี Autoclave ได้ที่อุณหภูมิ ๑๓๔ องศา โดยผิววัสดุไม่ลบไม่เปื้อนสนิม และไม่ทำให้เครื่องมือบิดงอ ๔. มีชื่อตราสัญลักษณ์/หรือเลขรหัสประจำตัวเครื่องมือของผู้ผลิตประทับอยู่บนเครื่องมือเห็นได้ชัดเจน <b>คุณสมบัติทางเทคนิค</b> เป็นคีมถอนฟันแท้บน ออกแบบให้ด้านนอกของด้ามจับ (Handle) เป็นร่องลายแบบไขว้ เพื่อไม่ให้ลื่นหลุดมือขณะใช้งาน แต่ไม่ทำให้ปวดอุ้มมือขณะใช้งานเป็นระยะเวลานาน ส่วนต่อเชื่อม (Joint) มีลักษณะเป็นแบบสอดไขว้กัน หรือหุบเข้าได้สะดวกโดยไม่มีดหรือลื่นเกินปลาย เครื่องมือมีลักษณะคล้ายปากนก (Beak) ทักทำมุมเงยขึ้นเล็กน้อยตามแบบ ที่กำหนดส่วนปลายสุด (Working-end) ด้ามนอกรูปทรงโค้งมนคล้ายลิ้ม ด้ามในมีลักษณะคล้ายกาบกล้วย และมีร่องบากตามยาวหลายร่อง (Groove) และสามารถทำความสะอาดบริเวณร่องได้โดยง่าย	๘ อัน	๑,๖๕๐.-บาท	๑๓,๒๐๐.-บาท

(ลงชื่อ)..........ตำแหน่ง ผอ.รพ.สต. ดงบัง  
(นายทรงยศ เขาวัวฝักปิ้ง)


ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ)..........ตำแหน่ง เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขปฏิบัติงาน กรรมการ  
(นางสาววิชรภรณ์ วันนา)


(ลงชื่อ)..........ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ กรรมการ  
(นางสาวปรีดิ์ศม์ เตื่อยโยชน์)

และเลขานุการ

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน
๘.	<b>Forcep 151s ล(ด)</b> <b>คุณสมบัติทั่วไป</b> ๑. เป็นเครื่องมือสำหรับใช้ถอนฟันน้ำนมล่าง ตามแบบที่กำหนด ๒. ผลิตจาก Stainless Steel หรือโลหะปลอดสนิมชนิดอื่นที่ดีกว่า หรือเทียบเท่าที่มีผิวมันวาว ๓. สามารถนำไปทำให้ปราศจากเชื้อด้วยวิธี Autoclave ได้ที่อุณหภูมิ ๑๓๔ องศา โดยผิววัสดุ ไม่ลบไม่เปื้อนสนิม และไม่ทำให้เครื่องมือบิดงอ ๔. มีชื่อตราสัญลักษณ์/หรือเลขรหัสประจำตัวเครื่องมือของผู้ผลิตประทับอยู่บนเครื่องมือเห็นได้ชัดเจน <b>คุณสมบัติทางเทคนิค</b> เป็นคีมถอนฟันน้ำนมล่าง ออกแบบให้ด้านนอกของด้ามจับ (Handle) เป็นร่องลายแบบไขว้ เพื่อไม่ให้ลื่นหลุดมือขณะใช้งาน แต่ไม่ทำให้ปวดอุ้มมือขณะใช้งานเป็นระยะเวลานาน ส่วนต่อเชื่อม (Joint) มีลักษณะเป็นแบบสอดไขว้กัน หรือหุบเข้าได้สะดวกโดยไม่ฝืด หรือลื่นเกินปลายเครื่องมือมีลักษณะคล้ายปากนก (Beak) หักทำมุมคว่ำลงตามแบบที่กำหนดส่วนปลายสุด (Working-end) ด้ามนอกรูปทรงโค้งมนคล้ายลิ้ม ด้ามในมีลักษณะคล้ายกาบกล้วย และมีร่องบากตามยาวหลายร่อง (Groove) และสามารถทำความสะอาดบริเวณร่องได้โดยง่าย	๕ อัน	๓,๖๕๐.-บาท	๘,๖๕๐.-บาท

(ลงชื่อ)..........ตำแหน่ง ผอ.รพ.สต. ตงบัง  
(นายทรงศุข เขาวัวฝักปึง)

ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ)..........ตำแหน่ง เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขปฏิบัติงาน  
(นางสาววีชราภรณ์ วันนา)

กรรมการ

(ลงชื่อ)..........ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ  
(นางสาวปรียรัศม์ เตื่อยโยชน์)


กรรมการ

และเลขานุการ





ลำดับที่	รายการ	จำนวน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน
๑๑.	<b>Forcep #88 R (ขวา)</b> <b>คุณสมบัติทั่วไป</b> ๑. สามารถนำไปทำให้ปราศจากเชื้อด้วยวิธี Autoclave ได้ที่อุณหภูมิ ๑๓๔ องศา โดยผิววัสดุ ไม่ลบไม่เป็นสนิม และไม่ทำให้เครื่องมือบิดงอ <b>คุณสมบัติทางเทคนิค</b> เป็นเครื่องมือทันตกรรมที่ออกแบบมาสำหรับถอนฟันกรามบนด้านขวา (Upper Right Molar) โดยเฉพาะ มีคุณลักษณะเด่นคือ วัสดุเป็นสแตนเลสเกรดสูง ทนทาน ไม่ขึ้นสนิม ถูกออกแบบให้มีรูปทรงและมุมปากที่เหมาะสมกับการจับรากฟันกรามบนขวาโดยเฉพาะ เพื่อให้ถอนฟันได้อย่างมีประสิทธิภาพและลดการบาดเจ็บ	๑ อัน	๑,๖๕๐.-บาท	๑,๖๕๐.-บาท
๑๒.	<b>Forcep #88 L (ซ้าย)</b> <b>คุณสมบัติทั่วไป</b> ๑. สามารถนำไปทำให้ปราศจากเชื้อด้วยวิธี Autoclave ได้ที่อุณหภูมิ ๑๓๔ องศา โดยผิววัสดุ ไม่ลบไม่เป็นสนิม และไม่ทำให้เครื่องมือบิดงอ <b>คุณสมบัติทางเทคนิค</b> เป็นเครื่องมือทันตกรรมที่ออกแบบมาสำหรับถอนฟันกรามบนด้านซ้าย (Upper Right Molar) โดยเฉพาะ มีคุณลักษณะเด่นคือ วัสดุเป็นสแตนเลสเกรดสูง ทนทาน ไม่ขึ้นสนิม ถูกออกแบบให้มีรูปทรงและมุมปากที่เหมาะสมกับการจับรากฟันกรามบนขวาโดยเฉพาะ เพื่อให้ถอนฟันได้อย่างมีประสิทธิภาพและลดการบาดเจ็บ	๑ อัน	๑,๖๕๐.-บาท	๑,๖๕๐.-บาท

(ลงชื่อ)..........ตำแหน่ง ผอ.รพ.สต. ดงบัง  
(นายทรงยศ เขาวัวฝักปิ้ง)


ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ)..........ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานทันตสาธารณสุขปฏิบัติงาน กรรมการ  
(นางสาววัชรภรณ์ วันนา)


(ลงชื่อ)..........ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ กรรมการ  
(นางสาวปริยรัศม์ เตื่อยโยชน์) และเลขานุการ



ลำดับที่	รายการ	จำนวน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน
๑๕.	<p><b>Elevater</b></p> <p>๑. ทำจากเหล็กกล้าไร้สนิม (Stainless Steel) เพื่อความแข็งแรง ทนทาน และทำความสะอาดง่าย</p> <p>๒. มีปลายหลายรูปแบบ เช่น ปลายตัด (chisel-shaped), ปลายมน (rounded), ปลายแหลม เพื่อใช้ในงานที่แตกต่างกัน เช่น จัด, แยกเหงือก, หรือตัดกระดูก</p> <p>๓. ด้ามจับถูกออกแบบให้เหมาะมือ (ergonomic) เพื่อให้ควบคุมได้ง่ายและมั่นคง</p> <p>๔. สามารถนำไปทำให้ปราศจากเชื้อด้วยวิธี Autoclave ได้โดยไม่เสียรูปทรงไม่สูญเสียความเรียบของผิวเครื่องมือและผิวเครื่องมือไม่ลอก</p>	๑๕ อัน	๗๕๐.-บาท	๑๑,๒๕๐.-บาท
๑๖.	<p><b>Angle Elevater #R (เล็ก)</b></p> <p>๑. มีส่วนปลายที่เรียว, โค้ง, และบางเพื่อให้สามารถสอดเข้าไปในช่องว่างระหว่างรากฟันกับกระดูกได้ง่าย</p> <p>๒. ใช้ในการยก, บิด, หรือจัดรากฟันที่หักหรือเหลืออยู่ให้หลวมออกจากเบ้า เพื่อให้ง่ายต่อการถอนออกโดยใช้อุปกรณ์อื่น</p> <p>๓. ทำจากสแตนเลสเกรดทางการแพทย์ เพื่อความทนทานและทำความสะอาดฆ่าเชื้อได้ง่าย</p> <p>๔. สามารถนำไปทำให้ปราศจากเชื้อด้วยวิธี Autoclave ได้โดยไม่เสียรูปทรงไม่สูญเสียความเรียบของผิวเครื่องมือและผิวเครื่องมือไม่ลอก</p>	๑ อัน	๗๕๐.-บาท	๗๕๐.-บาท

(ลงชื่อ)..........ตำแหน่ง ผอ.รพ.สต. ดงบัง  
(นายทรงยศ เชาวน์ผักปัง)

ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ)..........ตำแหน่ง เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขปฏิบัติงาน  
(นางสาววัชรภรณ์ วันนา)

กรรมการ

(ลงชื่อ)..........ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ  
(นางสาวปริยรัศม์ เตื่อยโยชน์)

กรรมการ

และเลขานุการ

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน
๑๗.	<b>Angle Elevater #L (เล็ก)</b> ๑. มีส่วนปลายที่เรียว, โค้ง, และบาง เพื่อให้สามารถสอดเข้าไปในช่องว่างระหว่างรากฟันกับกระดูก ได้ง่าย ๒. ใช้ในการยก, บิด, หรือจัดรากฟันที่หักหรือเหลื่ออยู่ให้หลวมออกจากเบ้า เพื่อให้ง่ายต่อการถอนออกโดยใช้อุปกรณ์อื่น ๓. ทำจากสแตนเลสเกรดทางการแพทย์ เพื่อความทนทานและทำความสะอาดฆ่าเชื้อได้ง่าย ๔. สามารถนำไปทำให้ปราศจากเชื้อด้วยวิธี Autoclave ได้โดยไม่เสียรูปทรงไม่สูญเสียความเรียบของผิวเครื่องมือและผิวเครื่องมือไม่ลอก	๑ อัน	๗๕๐.-บาท	๗๕๐.-บาท
๑๘.	<b>Angle Elevater #R (ใหญ่)</b> ๑. มีส่วนปลายที่เรียว, โค้ง, และบาง เพื่อให้สามารถสอดเข้าไปในช่องว่างระหว่างรากฟันกับกระดูก ได้ง่าย ๒. ใช้ในการยก, บิด, หรือจัดรากฟันที่หักหรือเหลื่ออยู่ให้หลวมออกจากเบ้า เพื่อให้ง่ายต่อการถอนออกโดยใช้อุปกรณ์อื่น ๓. ทำจากสแตนเลสเกรดทางการแพทย์ เพื่อความทนทานและทำความสะอาดฆ่าเชื้อได้ง่าย ๔. สามารถนำไปทำให้ปราศจากเชื้อด้วยวิธี Autoclave ได้โดยไม่เสียรูปทรงไม่สูญเสียความเรียบของผิวเครื่องมือและผิวเครื่องมือไม่ลอก	๑ อัน	๗๕๐.-บาท	๗๕๐.-บาท

(ลงชื่อ)..........ตำแหน่ง ผอ.รพ.สต. ดงบัง  
(นายทรงยศ เขาวัดปัก)

ประธานกรรมการ


(ลงชื่อ)..........ตำแหน่ง เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขปฏิบัติงาน กรรมการ  
(นางสาววัชรภรณ์ วันนา)

(ลงชื่อ)..........ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ กรรมการ  
(นางสาวปรีร์รัมย์ เตื่อยโยชน์) และเลขานุการ







ลำดับที่	รายการ	จำนวน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน
๒๓.	<b>Plate แก้ว - ธรรมชาติ</b> ๑. ขนาด ๔ นิ้ว ๒. เป็นของใหม่และไม่เคยใช้งานมาก่อน	๑ อัน	๑๒๐.-บาท	๑๒๐.-บาท
๒๔.	<b>Airtor</b> เป็นหัวกรอความเร็วสูง ใช้กรอฟันในช่องปาก <b>คุณลักษณะเฉพาะ</b> ๑. เป็นหัวกรอระบบ Ball Bearing รอบหมุน ๓๗๐,๐๐๐ - ๕๐๐,๐๐๐ RPM ๒. การปลดหัวกรอจากด้านหลัง ด้วยระบบสปริง (spring-clamped system) เพื่อการปลดหัวกรอที่นุ่มนวล ๓. ตัวด้ามจับทำจาก Stainless steel ๔. มีระบบป้องกันสิ่งสกปรกเข้าสู่หัวกรอ สามารถป้องกันสิ่งสกปรกไม่ให้เข้าไปใน Cartridge ๕. การ Spray น้ำเป็นแบบ Quattro Spray ๖. ใช้แรงดันลงไม่เกิน ๒.๕ Kg/cm ๗. สามารถทำให้ปลอดเชื้อโรคได้ด้วยเครื่องอบความดันไอน้ำ (Autoclave) ที่อุณหภูมิสูงสุด ๑๓๕ องศาเซลเซียส <b>เงื่อนไขเฉพาะ</b> ๑. เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์จากสถาบันต่างๆโดยได้รับมาตรฐานผลิตภัณฑ์สากล EC, ISO๑๓๔๘๕ ๒. รับประกันสินค้าเป็นระยะเวลา ๑ ปีนับตั้งแต่วันส่งมอบ	๕ ตัว	๙,๗๐๐.-บาท	๔๘,๕๐๐.-บาท

(ลงชื่อ)..........ตำแหน่ง ผอ.รพ.สต. ดงบัง  
(นายทรรชย์ เชาว์ผักปัง)

ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ)..........ตำแหน่ง เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขปฏิบัติงาน  
(นางสาววิชราภรณ์ วันนา)


กรรมการ

(ลงชื่อ)..........ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ  
(นางสาวปริยรัศม์ เตื่อยโยชน์)

กรรมการ

และเลขานุการ


ลำดับที่	รายการ	จำนวน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน
๒๕.	<p><b>Contra</b></p> <p>๑. หัว Bur ที่ใช้ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๒.๓๕ มม.</p> <p>๒. เป็นระบบ Push button สำหรับเปลี่ยนหัวเบอร์</p> <p>๓. สามารถนำไปทำให้ปราศจากเชื้อด้วยวิธี Autoclave ได้ในอุณหภูมิสูงสุด ๑๓๒ องศาเซลเซียส</p> <p>๔. เป็นหัวกรอระบบ Ball Bearing</p> <p><b>เงื่อนไขเฉพาะ</b></p> <p>๑. เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์จากสถาบันต่าง ๆ โดยได้รับมาตรฐานผลิตภัณฑ์สากล EC, ISO๑๓๔๘๕</p> <p>๒. รับประกันสินค้าเป็นระยะเวลา ๑ ปี นับจากวันส่งมอบ</p>	๕ ตัว	๗,๗๐๐.-บาท	๓๘,๕๐๐.-บาท
๒๖.	<p><b>Amalgam Plugger</b></p> <p>๑. ทำจาก Stainless ปลอดสนิม ผิวเรียบ ทนทานต่อการเกิดสนิม และการกัดกร่อน</p> <p>๒. สามารถนำไปทำให้ปราศจากเชื้อด้วยวิธี Autoclave ได้โดยที่ผิวไม่ลอกหรือเกิดสนิม</p> <p>๓. มีส่วนปลายใช้งานทั้งหมด ๒ ด้าน ต่ออยู่กับปลายทั้งสองของด้าม</p> <p>๔. ส่วนด้ามจับจะเป็นด้ามกลม มีร่องลายตัดกัน (Serrated) เรียบกันลื่น และไม่เจ็บอุ้งมือ</p> <p>๕. บริเวณปลายเครื่องมือที่ใช้งาน (Working End) มีขนาดเหมาะสม แข็งแรง คงทนและไม่หักง่าย</p> <p>๖. เป็นของใหม่และไม่เคยใช้งานมาก่อน</p>	๔ อัน	๓๖๐.-บาท	๑,๔๔๐.-บาท

(ลงชื่อ)..........ตำแหน่ง ผอ.รพ.สต. ดงบัง  
(นายทรศกัญญา เขาวังปัก)

ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ)..........ตำแหน่ง เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขปฏิบัติการ  
(นางสาววิชราภรณ์ วันนา)

กรรมการ

(ลงชื่อ)..........ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ  
(นางสาวปริยรัศม์ เตื่อยโยชน์)

กรรมการ

และเลขานุการ



ลำดับที่	รายการ	จำนวน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน
๓๐.	<b>Compo Roller (อัดคอมโพสิต) composit carver</b> ๑. สามารถนำไปทำให้ปราศจากเชื้อด้วยวิธี Autoclave ได้โดยไม่เสีรูปทรงไม่สูญเสียความเรียบของผิวเครื่องมือ และผิวเครื่องมือไม่ลอก ๒. มีส่วนใช้งานทั้งหมด ๒ ด้าม ต่ออยู่กับปลาย ทั้งสองของด้าม ๓. ส่วนด้ามจับจะเป็นด้ามกลม มีร่องลายติดกัน (Serrated) เรียบกันลื่น และไม่เจ็บอุ้มมือ ๔. บริเวณปลายเครื่องมือที่ใช้งาน (Working End) มีขนาดเหมาะสม แข็งแรง คงทนและไม่หักง่าย ๕. เป็นของใหม่และไม่เคยใช้งานมาก่อน	๓ อัน	๓๖๐.-บาท	๑,๐๘๐.-บาท
๓๑.	<b>Cement Spatulr</b> ๑. สามารถนำไปทำให้ปราศจากเชื้อด้วยวิธี Autoclave ได้โดยไม่เสีรูปทรงไม่สูญเสียความเรียบของผิวเครื่องมือ และผิวเครื่องมือไม่ลอก ๒. เป็นของใหม่และไม่เคยใช้งานมาก่อน	๑ อัน	๑๘๐.-บาท	๑๘๐.-บาท
๓๒.	<b>Dycal Carier</b> ๑. สามารถนำไปทำให้ปราศจากเชื้อด้วยวิธี Autoclave ได้โดยไม่เสีรูปทรงไม่สูญเสียความเรียบของผิวเครื่องมือ และผิวเครื่องมือไม่ลอก ๒. ส่วนด้ามจับแข็งแรง คงทนและไม่หักง่าย ๓. เป็นของใหม่และไม่เคยใช้งานมาก่อน	๓ อัน	๑๕๐.-บาท	๔๕๐.-บาท


(ลงชื่อ)..........ตำแหน่ง ผอ.รพ.สต. ดงบัง  
(นายทรงศุข เขาว์ฝึกปิง)

ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ)..........ตำแหน่ง เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขปฏิบัติงาน กรรมการ  
(นางสาววัชรภรณ์ วันนา)

(ลงชื่อ)..........ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ กรรมการ  
(นางสาวปริยรัศม์ เตื่อยโยชน์) และเลขานุการ

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน
๓๓.	<p><b>Spoon</b></p> <p>๑. ทำจาก Stainless ปลอดสนิม ผิวเรียบ ทนทานต่อการเกิดสนิม และการกัดกร่อน</p> <p>๒. สามารถนำไปทำให้ปราศจากเชื้อด้วยวิธี Autoclave ได้โดยไม่เสีรูปทรงไม่สูญเสียความเรียบของผิวเครื่องมือ ผิวเครื่องมือไม่ลอก และไม่ทำให้เครื่องมือบิดหรืองอ</p> <p>๓. มีส่วนปลายใช้งานทั้ง ๒ ด้าน ต่อกันอยู่กับปลายทั้งสองของด้าม</p> <p>๔. ส่วนด้ามจับจะเป็นด้ามกลม มีร่องลายติดกัน (Serrated) เรียบกันสั้น และไม่เจ็บอุ้มมือ</p> <p>๕. บริเวณปลายเครื่องมือที่ใช้งาน (Working End) มีขนาดเหมาะสม แข็งแรง คงทนและไม่หักงาย</p> <p>๖. เป็นของใหม่และไม่เคยใช้งานมาก่อน</p>	๖ อัน	๓๖๐.-บาท	๒,๑๖๐.-บาท
๓๔.	<p><b>Mouth Prop</b></p> <p>๑. ทำจากซิลิโคน (Silicone) เกรดการแพทย์ที่อ่อนนุ่ม (Medical Grade Silicone) เพื่อความปลอดภัยและลดการระคายเคือง</p> <p>๒. มีส่วนปลายโค้งมน ไม่เป็นอันตรายต่อเนื้อเยื่อในช่องปาก</p> <p>๓. ออกแบบให้มีขนาดและรูปทรงแตกต่างกันไป (เช่น แบบรูปตัว Y หรือรูปทรงที่จับถนัดมือ) เพื่อให้เหมาะกับขนาดช่องปากของผู้ป่วยแต่ละราย (เด็ก, ผู้ใหญ่)</p> <p><b>คุณสมบัติทางเทคนิค</b></p> <p>๑. ทนทาน : สามารถทนต่อการใช้งานซ้ำ ๆ และการทำความสะอาดได้ดี</p> <p>๒. ฆ่าเชื้อได้ : สามารถนำเข้าเครื่องอบฆ่าเชื้อ (Autoclave) ได้ (สำหรับบางรุ่น) เพื่อความปลอดภัย</p> <p>๓. ความยืดหยุ่น : มีความยืดหยุ่นพอเหมาะ เพื่อให้ผู้ป่วยรู้สึกสบายขณะใช้งาน</p>	๔ อัน	๑๒๐.-บาท	๔๘๐.-บาท


(ลงชื่อ)..........ตำแหน่ง ผอ.รพ.สต. ดงบัง  
(นายทรงยศ เขาวัดปัก)

ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ)..........ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานทันตสาธารณสุขปฏิบัติงาน กรรมการ  
(นางสาววิชรภรณ์ วันนา)

(ลงชื่อ)..........ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ กรรมการ  
(นางสาวปรีรัตน์ เตื่อยโยชน์) และเลขานุการ

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน
๓๕.	<b>Mouth Gag</b> ๑. ทำจาก Stainless steel หรือโลหะปลอดสนิมชนิดที่ดีกว่า ๒. สามารถนำไปทำให้ปราศจากเชื้อด้วยวิธี Autoclave ได้โดยไม่เสียรูปทรงไม่สูญเสียความเรียบของผิวเครื่องมือ ผิวเครื่องมือไม่ลอก และไม่ทำให้เครื่องมือบิดหรืองอ ๓. เป็นของใหม่และไม่เคยใช้งานมาก่อน ๔. เป็นของใหม่และไม่เคยใช้งานมาก่อน	๒ อัน	๙๐๐.-บาท	๑,๘๐๐.-บาท
๓๖.	<b>เครื่องปั่น Amalgam</b> เป็นเครื่องผสมสารอุดฟันชนิดแคปซูล ที่สั่นด้วยความเร็วสม่ำเสมอ (ประมาณ ๔,๐๐๐-๔,๖๐๐ รอบ/นาที) มีระบบตั้งเวลาดิจิทัล และที่สำคัญคือมีฝาครอบพร้อมระบบ Safety Switch ป้องกันการสั่นสะเทือนและไอปรอทฟุ้งกระจาย เพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้และผู้ป่วย เป็นเครื่องผสมสารอุดฟันชนิดแคปซูล ใช้ระบบ Solid State ที่สั่นด้วยความเร็วสม่ำเสมอ (ประมาณ ๔,๐๐๐-๔,๖๐๐ รอบ/นาที) มีระบบตั้งเวลาดิจิทัล และที่สำคัญคือมีฝาครอบพร้อมระบบ Safety Switch ป้องกันการสั่นสะเทือนและไอปรอทฟุ้งกระจาย เพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้และผู้ป่วย <b>คุณลักษณะทั่วไป (General Characteristics)</b> ประเภท : เครื่องปั่นผสมสารอุดฟัน Amalgam ชนิดแคปซูล ความเร็ว : สั่นสม่ำเสมอกว่า ๔,๐๐๐-๔,๖๐๐ รอบ/นาที ± ๑% การตั้งเวลา : มีหน้าจอแสดงผลดิจิทัล ตั้งเวลาได้พร้อมระบบจำเวลา แหล่งพลังงาน : ใช้ไฟฟ้า (เช่น ๒๒๐-๒๓๐ โวลต์, ๕๐ Hz) ขนาดและน้ำหนัก : มีขนาดกะทัดรัด	๑ เครื่อง	๙,๕๐๐.-บาท	๙,๕๐๐.-บาท


(ลงชื่อ)..........ตำแหน่ง ผอ.รพ.สต. ดงบัง  
(นายพรศยุ เขาวังปัก)

ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ)..........ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานทันตสาธารณสุขปฏิบัติงาน กรรมการ  
(นางสาววิษราภรณ์ วันนา)

(ลงชื่อ)..........ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ กรรมการ  
(นางสาวปริยรัศม์ เตื่อยโยชน์) และเลขานุการ

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน
	<p>คุณสมบัติความปลอดภัยและประสิทธิภาพ (Safety &amp; Efficiency Features)</p> <p><u>Safety Switch</u> : มอเตอร์หยุดทำงานทันทีเมื่อเปิดฝาครอบ เพื่อป้องกันแคปซูลกระเด็น</p> <p>ระบบกันสะเทือน : มีระบบป้องกันการสั่นสะเทือนของตัวเครื่อง</p> <p>ป้องกันการฟุ้งกระจาย : มีฝาครอบป้องกันไอปรอทฟุ้งกระจาย และมีระบบป้องกันไอปรอทฟุ้งกระจาย</p> <p>ผลลัพธ์ : ปั่นได้เนื้ออมัลกัมเนียน ไม่เป็นผง</p> <p>ความเข้ากันได้ : ใช้ได้กับแคปซูล Amalgam ทุกยี่ห้อ</p>			
๓๗.	<p><b>เครื่องฉายแสง</b></p> <p>๑. สามารถปรับได้ 3 modes full power, progressive, pules</p> <p>๒. มีหัวนำไฟ ยาวเรียว สามารถเข้าถึงส่วนลึกของช่องปาก</p> <p>๓. แสงมีความสว่างคงที่ - ค่าความเข้มของแสงอยู่ที่ ๑๑๐๐ mW/cm<sup>๒</sup> มีความสว่างเชิงลึกสูง ให้การทำงานของทันตแพทย์สั้นลง</p> <p>๔. ใช้ไฟมาตรฐาน : ๓.๗V, กำลัง : ๒๒๐๐mAh</p> <p>๕. ระยะเวลาตั้งค่าฉายแสง : ๓.๕, ๑๐, ๑๕, ๒๐, ๓๐, ๓๕, ๔๐seconds</p> <p>๖. สินค้าได้รับมาตรฐาน ISO๑๓๔๘๕, และใบรับรองการแพทย์ อย.</p>	๑ เครื่อง	๑๔,๕๐๐.-บาท	๑๔,๕๐๐.-บาท

(ลงชื่อ)..........ตำแหน่ง ผอ.รพ.สต. ดงบัง  
(นายทรงศยุ เขาว์ฝึกปัง)

ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ)..........ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานทันตสาธารณสุขปฏิบัติงาน กรรมการ  
(นางสาววัชรภรณ์ วันนา)

(ลงชื่อ)..........ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ กรรมการ  
(นางสาวปรีร์รัมย์ เตื่อยโยชน์) และเลขานุการ

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน
๓๘.	<p><b>เครื่องชุดหินปูน</b></p> <p>๑. ชุดเครื่องชุดหินปูนด้ามชุดหินปูนมีไฟ มีหัวนำไฟเป็นแบบ LED</p> <p>๒. ใช้กับไฟฟ้าขนาด ๒๒๐ โวลต์ ความถี่ที่ระดับ ๕๐ เฮิรตซ์</p> <p>๓. ค่าความถี่การสั่นสะเทือนขาออกที่ปลายหัวชุดหินปูน (Output Tip Vibration Frequency) มีค่าที่ระดับสูงสุด ๒๘ กิโลเฮิรตซ์ ค่าแปรผันไม่เกินกว่า <math>\pm 3</math> กิโลเฮิรตซ์</p> <p>๔. อัตรากำลังไฟฟ้าขาออก (Output Power) มีค่าอยู่ในช่วงไม่น้อยกว่า ๓ - ๒๐ วัตต์</p> <p>๕. ระดับแรงดันน้ำ (Water Pressure) อยู่ในวงไม่น้อยกว่า ๐.๐๑ - ๐.๕ เมกะปาสคาล (MPa)</p>	๑ เครื่อง	๑๖,๐๐๐.-บาท	๑๖,๐๐๐.-บาท
๓๙.	<p><b>P ๑๐</b></p> <p>๑. เป็นหัวชุดหินน้ำลายที่ใช้กับเครื่องชุดหินน้ำลาย Ultrasonic scaler</p> <p>๒. มีลักษณะบอกค่า ๒๕k อยู่ที่แผ่นเหล็กของแกนหัวชุด</p> <p>๓. เป็นหัวชุดหินปูนไฟฟ้าชนิดใช้สนามแม่เหล็กเป็นสื่อทำให้สั่น (Magnetostrictive) และเคลื่อนที่ด้วยความเร็วอย่างน้อย ๒๕,๐๐๐ รอบ/นาที</p> <p>๔. แกนของหัวชุดมีลักษณะเป็นแผ่นแม่เหล็กซ้อนกัน</p> <p>๕. หัวชุด (insert tip) เป็นรูปเคียว ปลายแหลมทำจากสแตนเลส สตีล ไม่ทำให้เกินสนิม</p> <p>๖. มีท่อน้ำออก (water outlet) แยกที่บริเวณปลายหัวชุด โดยเฉพาะ แข็งแรงไม่หักง่าย</p> <p>๗. ตัวด้ามแกนหัวชุดเป็นแบบที่สามารถดึงเข้า-ออก กับด้ามเครื่องชุดได้สะดวกโดยที่ไม่ต้องใช้กับเครื่องมือถอด</p> <p>๘. มีโอริง (o ring) กันน้ำรั่ว</p> <p>๙. สามารถฆ่าเชื้อได้โดย Autoclave ที่อุณหภูมิ ๑๓๔ องศา</p>	๑๐ อัน	๗๘๐.-บาท	๗,๘๐๐.-บาท

(ลงชื่อ)..........ตำแหน่ง ผอ.รพ.สต. ดงบัง  
(นายทรศกัญ เชาว์ฝึกปัง)

ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ)..........ตำแหน่ง เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขปฏิบัติงาน กรรมการ  
(นางสาววัชรภรณ์ วินนา)


(ลงชื่อ)..........ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ กรรมการ  
(นางสาวปริยรัศม์ เตื่อยโยชน์) และเลขานุการ

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน
๔๐.	<b>Sickle</b> ๑. สามารถนำไปทำให้ปราศจากเชื้อด้วยวิธี Autoclave ได้โดยที่ผิวไม่ลอกหรือเกิดสนิม ๒. มีส่วนปลายใช้งานทั้งหมด ๒ ด้าน ต่ออยู่กับปลายทั้งสองของด้าม ๓. ด้ามส่วนจับจะเป็นด้ามกลม มีรอยลายตัดกัน (serrated) เรียบกันสั้น และไม่เจ็บอุ้งมือ ๔. บริเวณปลายเครื่องมือที่ใช้งาน (working End) มีขนาดเหมาะสม แข็งแรง คงทนและไม่หักง่าย ๕. เป็นของใหม่และไม่เคยใช้งานมาก่อน	๕ อัน	๔๕๐.-บาท	๒,๒๕๐.-บาท
๔๑.	<b>Tofflemire</b> ๑. ทำจากสแตนเลส (Stainless Steel) เพื่อความแข็งแรงและทนทาน ๒. เป็นของใหม่และไม่เคยใช้งานมาก่อน	๒ อัน	๓๖๐.-บาท	๗๒๐.-บาท
๔๒.	<b>Ivory</b> ๑. ทำจากสแตนเลส (Stainless Steel) เพื่อความแข็งแรงและทนทาน ๒. เป็นของใหม่และไม่เคยใช้งานมาก่อน	๒ อัน	๖๒๐.-บาท	๑,๒๔๐.-บาท

(ลงชื่อ)..........ตำแหน่ง ผอ.รพ.สต. ดงบัง  
(นายทรรศุย์ เซาว์ฉักปัง)


ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ)..........ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานทันตสาธารณสุขปฏิบัติงาน กรรมการ  
(นางสาววิชารภรณ์ วันนา)

(ลงชื่อ)..........ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ กรรมการ  
(นางสาวปริยรัตน์ เตื่อยโยชน์)


และเลขานุการ

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน
๔๓.	<b>Bayonet Left</b> ๑. ก้านทำจากสแตนเลส (Stainless Steel) เพื่อความแข็งแรงและทนทาน ๒. เป็นแบบ Bayonet (ข้อต่อดาบปลายปืน) เพื่อให้สวมเข้ากับหัวกรอแบบหักมุม (Contra-angle) ด้านขวาได้พอดี ๓. เครื่องมือประเภทปลายงอ (Bayonet) สำหรับงานถอนฟันและศัลยกรรมช่องปาก ใช้สำหรับจับยึด รากฟันที่หัก หรือเศษฟันที่หลุดยาก โดยมีลักษณะเป็นด้ามจับตรง ส่วนปลายที่งอเป็นมุมเพื่อให้สามารถเข้าถึงพื้นที่ที่เข้าถึงยากในช่องปากได้สะดวกขึ้น ๔. สามารถอบความร้อนได้ ๕. เป็นของใหม่และไม่เคยใช้งานมาก่อน	๑ อัน	๑,๕๙๐.-บาท	๑,๕๙๐.-บาท
๔๔.	<b>Bayonet Right</b> ๑. ก้านทำจากสแตนเลส (Stainless Steel) เพื่อความแข็งแรงและทนทาน ๒. เป็นแบบ Bayonet (ข้อต่อดาบปลายปืน) เพื่อให้สวมเข้ากับหัวกรอแบบหักมุม (Contra-angle) ด้านขวาได้พอดี ๓. เครื่องมือประเภทปลายงอ (Bayonet) สำหรับงานถอนฟันและศัลยกรรมช่องปาก ใช้สำหรับจับยึด รากฟันที่หัก หรือเศษฟันที่หลุดยาก โดยมีลักษณะเป็นด้ามจับตรง ส่วนปลายที่งอเป็นมุมเพื่อให้สามารถเข้าถึงพื้นที่ที่เข้าถึงยากในช่องปากได้สะดวกขึ้น ๔. สามารถอบความร้อนได้ ๕. เป็นของใหม่และไม่เคยใช้งานมาก่อน	๑ อัน	๑,๕๙๐.-บาท	๑,๕๙๐.-บาท

(ลงชื่อ)..........ตำแหน่ง ผอ.รพ.สต. ดงบัง  
(นายทรงยศ เขาวัวปัก)


ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ)..........ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานทันตสาธารณสุขปฏิบัติงาน กรรมการ  
(นางสาววีรารัตน์ วันนา)

(ลงชื่อ)..........ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ กรรมการ  
(นางสาวปรีรัตน์ เตื่อยโยชน์)

และเลขานุการ

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน
๔๕.	ถังใส่เครื่องมือสแตนเลส ๑. สแตนเลสเกรดสูง (เช่น Stainless Steel Grade ๓๐๔ หรือ ๓๑๖) เพื่อความทนทาน, การต้านทานการกัดกร่อน และความสะอาด ๒. อาจเป็นแบบถังทึบ, มีฝาปิด (แบบบานพับ, แบบเหยียบ, หรือแบบเกลียว), มีหูหิ้ว, มีล้อเลื่อน (ลูกล้อ), หรือมีโครงสร้างแบบรถเข็นพร้อมชั้นวาง ๓. โครงสร้างต้องแข็งแรงทนทาน, รับน้ำหนักได้ดี, และมีอายุการใช้งานยาวนานกว่า ๑ ปี ๔. ผิวเรียบ, ไม่มีรอยต่อที่สะสมเชื้อโรค, สามารถทำความสะอาดและฆ่าเชื้อได้ง่าย	๑ อัน	๔,๕๐๐.-บาท	๔,๕๐๐.-บาท
๔๖.	เครื่องซีล ๑. ซีลปิดผนึกของสำหรับบรรจุเครื่องมือแพทย์ เพื่อนำไปฆ่าเชื้อ (Sterilize) และเก็บรักษาความปลอดภัย ๒. ตั้งโต๊ะได้ หรือติดผนังได้ ๓. มีคันโยก (Hand Sealer) เพื่อการซีล ๔. โครงสร้างแข็งแรง ๕. ใช้ไฟฟ้า ๒๒๐V / ๕๐Hz (ตามมาตรฐานทั่วไป) ๖. ซีลได้รวดเร็ว ๗. กว้างได้มาตรฐาน ๘. ควบคุมด้วยอิเล็กทรอนิกส์อัตโนมัติปรับอุณหภูมิได้ ๙. มีสัญญาณไฟ (และ/หรือเสียง) แจ้งเตือนขณะทำงาน ๑๐. มีใบมีดในตัว สำหรับตัดของหลังซีล. ๑๑. มีที่สำหรับวางม้วนของบรรจุภัณฑ์ (Dispenser) ในตัวเครื่อง ๑๒. มีคู่มือการใช้งานและการบำรุงรักษาเป็นภาษาไทย ๑๓. รับประกันไม่น้อยกว่า ๑ ปี พร้อมบริการซ่อมแซม ๑๔. เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่	๑ เครื่อง	๒๙,๕๐๐.-บาท	๒๙,๕๐๐.-บาท

(ลงชื่อ)..........ตำแหน่ง ผอ.รพ.สต. ดงบัง  
(นายทรงยศ เขาว์ผักปัง)

ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ)..........ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานทันตสาธารณสุขปฏิบัติงาน กรรมการ  
(นางสาววัชรภรณ์ วันนา)


(ลงชื่อ)..........ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ กรรมการ  
(นางสาวปรีรัตน์ เตื่อยโยชน์) และเลขานุการ

๖. ราคากลาง

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้พิจารณาราคาที่ได้มาจากการสืบราคาจากท้องตลาด โดยสืบราคาจากบริษัท/ห้างร้าน จำนวน ๓ แห่ง ได้แก่

๑. บริษัท เอส อาร์ เมดิคอล ซัพพลาย จำกัด
๒. บริษัท โค อินเตอร์ เทรด จำกัด
๓. ห้างหุ้นส่วนจำกัด กรีนเวิลด์ อินเตอร์เนชันแนล (ประเทศไทย)

สามารถสรุปราคากลางการจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ทางทันตกรรมเพื่อสนับสนุนการให้บริการ ด้านสาธารณสุขของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดงบัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ตำบลดงบัง อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ ๑ ชุด งบประมาณ ๓๐๕,๖๐๐ บาท (สามแสนห้าพันหกร้อยบาทถ้วน)

(ลงชื่อ)..........ตำแหน่ง ผอ.รพ.สต. ดงบัง  
(นายทรศุ ชาญพิ่ง) ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ)..........ตำแหน่ง เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขปฏิบัติงาน กรรมการ  
(นางสาววิชราภรณ์ วันนา)

(ลงชื่อ)..........ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ กรรมการ  
(นางสาวปริยรัศม์ เต๋อยโยชน์) และเลขานุการ