



บันทึกข้อความ

ป. 1198/69

ร๓๓๓๓ ๗๒๗/๖๙

๗๓๓. ๖๙๐๖๐๒๕๓๒/๖๙

ส่วนราชการ กองสาธารณสุข ฝ่ายบริการสาธารณสุข โทร. ๐๘๕-๕๙๓-๑๔๔๕

ที่ ขย ๕๑๐๐๖.๒/-

วันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๙

เรื่อง ขออนุมัติจัดทำร่างขอบเขตของงานและกำหนดราคากลางรายละเอียดคุณลักษณะของพัสดุ
จัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ตามโครงการจัดซื้อเครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจชนิดอัตโนมัติ
พร้อมตู้ตั้งพื้น จอแสดงผลและระบบสัญญาณเตือน ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล สังกัดองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ จำนวน ๑๐ แห่ง

เรียน นายกองค้การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

๑. เรื่องเดิม

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ที่ ๑๑๙๑/๒๕๖๙ ลงวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๙
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงานและกำหนดราคากลางรายละเอียดคุณลักษณะของพัสดุ
จัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ตามโครงการจัดซื้อเครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจชนิดอัตโนมัติ
พร้อมตู้ตั้งพื้น จอแสดงผลและระบบสัญญาณเตือน ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล สังกัดองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ จำนวน ๑๐ แห่ง ๆ ละ ๑ ชุด ๆ ละ ๗๐,๐๐๐ บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๗๐๐,๐๐๐ บาท
(เจ็ดแสนบาทถ้วน) เพื่อให้การดำเนินการจัดซื้อดังกล่าว เป็นไปด้วยความถูกต้อง และถือปฏิบัติให้เป็นไปตาม
ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๒๑ จึงแต่งตั้ง
คณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงานและกำหนดราคากลางรายละเอียดคุณลักษณะของพัสดุ ประกอบด้วย

- | | | |
|-------------------------------|-------------------------------|---------------|
| ๑. นางสาวอภิญญา อภัยฤทธิ์รงค์ | หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข | ประธานกรรมการ |
| ๒. นางชัยัญญา นุช ตั้งตา | ผอ.รพ.สต. ตะโกทอง | กรรมการ |
| ๓. นายกัณทภณ ต่อสกุล | ผอ.รพ.สต. จอมแก้ว | กรรมการ |
| | | และเลขานุการ |

บัดนี้ คณะกรรมการ ฯ ได้ดำเนินการจัดทำร่างขอบเขตของงาน เสร็จเรียบร้อยแล้ว
ดังต่อไปนี้

ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR)

จัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ตามโครงการจัดซื้อเครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจชนิดอัตโนมัติ
พร้อมตู้ตั้งพื้น จอแสดงผลและระบบสัญญาณเตือน ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล
สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ จำนวน ๑๐ แห่ง

๑. ความเป็นมา

จังหวัดชัยภูมิมีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ทั้งหมด ๑๖๗ แห่ง โดยองค์การบริหารส่วน
จังหวัดชัยภูมิได้รับการถ่ายโอนภารกิจสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา นวมินทราชินี
และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในเขตพื้นที่จังหวัดชัยภูมิ จำนวน ๗๘ แห่ง รับผิดชอบดูแลประชากร
ในพื้นที่ครอบคลุม ทั้งด้านการรักษาพยาบาลเบื้องต้น การส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค การฟื้นฟูสภาพ
และการคุ้มครองผู้บริโภค แต่เนื่องจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
ยังขาดแคลนครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจชนิดอัตโนมัติ พร้อมตู้ตั้งพื้น จอแสดงผลและระบบ
สัญญาณเตือน เพื่อเป็นการส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาศักยภาพการให้บริการด้านสาธารณสุขแก่ประชาชน
ในพื้นที่ จึงมีความจำเป็นต้องจัดซื้อเครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจชนิดอัตโนมัติ พร้อมตู้ตั้งพื้น จอแสดงผลและระบบ
สัญญาณเตือน เพื่อสนับสนุนการให้บริการด้านสาธารณสุขของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสังกัดองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ จำนวน ๑๐ แห่ง ๆ ละ ๑ ชุด ๆ ละ ๗๐,๐๐๐ บาท รวมเป็นเงิน ๗๐๐,๐๐๐ บาท
(เจ็ดแสนบาทถ้วน)

๒. วัตถุประสงค์...

๒. วัตถุประสงค์

๑) เพื่อส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาศักยภาพการให้บริการด้านสาธารณสุขแก่ประชาชนในพื้นที่

๒) เพื่อให้โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ มีเครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจชนิดอัตโนมัติ พร้อมตู้ตั้งพื้น จอแสดงผลและระบบสัญญาณเตือนสำหรับให้บริการแก่ประชาชนในพื้นที่

๓. คุณสมบัติผู้ยื่นเสนอ

- ๑) มีความสามารถตามกฎหมาย
- ๒) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
- ๓) ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
- ๔) ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราวเนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
- ๕) ไม่เป็นบุคคลถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วน ผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย
- ๖) มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ กำหนดในราชกิจจานุเบกษา
- ๗) เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้
- ๘) ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นเสนอราคาให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ณ วันที่ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาครั้งนี้
- ๙) ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นนั้น
- ๑๐) ผู้ยื่นข้อเสนอราคาต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
- ๑๑) ผู้เสนอราคาต้องยื่นหนังสือแต่งตั้งตัวแทนจำหน่าย ซึ่งต้องได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนจำหน่ายจากผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่ายในประเทศไทย โดยให้ยื่นขณะเข้าเสนอราคา

๔. คู่สัญญาต้องจัดทำแผนการทำงานมาให้ภายใน ๓๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา โดยจัดทำแผนการทำงานตามเอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ เว้นแต่เป็นกรณีการเช่าสัญญาอายุไม่เกิน ๙๐ วัน หรือสัญญาที่มีวงเงินไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท ทั้งนี้ แผนการทำงานดังกล่าวให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

๕. รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะดำเนินการจัดซื้อหรือขอบเขตของงานที่จะดำเนินการจ้าง หรือแบบรูปรายการงานก่อสร้างที่จะดำเนินการจ้าง (แล้วแต่กรณี) และเอกสารแนบท้ายอื่น ๆ

จัดซื้อเครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจชนิดอัตโนมัติ พร้อมตู้ตั้งพื้น จอแสดงผลและระบบสัญญาณเตือนของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ จำนวน ๑๐ แห่ง ๆ ละ ๑ ชุด ๆ ละ ๗๐,๐๐๐ บาท รวมเป็นเงิน ๗๐๐,๐๐๐ บาท (เจ็ดแสนบาทถ้วน) โดยมีรายละเอียดคุณลักษณะ ดังนี้

วัตถุประสงค์การใช้งาน

ใช้สำหรับกระตุ้นหัวใจด้วยไฟฟ้า กรณีที่หัวใจหยุดเต้นให้กลับมาทำงานตามปกติ โดยมีระบบวิเคราะห์ คลื่นไฟฟ้าหัวใจพร้อมคำแนะนำขั้นตอนต่าง ๆ ของการทำการฟื้นคืนคลื่นหัวใจ

๑. คุณสมบัติทั่วไป

๑.๑ เป็นเครื่องฟื้นคืนคลื่นหัวใจด้วยไฟฟ้าขนาดเล็กน้ำหนัก ๒ กิโลกรัม (รวมแบตเตอรี่) เพื่อให้เคลื่อนย้ายได้สะดวก

๑.๒ สามารถใช้กระตุ้นหัวใจได้ทั้งผู้ใหญ่และเด็ก

๑.๓ ตัวเครื่องประกอบด้วย ๒ ภาค คือ ภาควิเคราะห์คลื่นหัวใจและภาคกระตุ้นหัวใจด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบแนะนำเสียงเป็นภาษาไทยเป็นอย่างน้อย

๑.๔ มีระบบ Selftest ชนิด daily, weekly, monthly และ run time selftest เพื่อตรวจการทำงานและระบบของเครื่องได้

๑.๕ เครื่องสามารถแสดงระดับแบตเตอรี่ได้แบบ real time และมีไฟแสดงสถานะของเครื่อง

๑.๖ มีหน้าต่างเฉพาะบนเครื่องแสดงวันหมดอายุของแผ่นอิเล็กโทรด ช่วยให้ผู้ใช้สามารถตรวจสอบวันหมดอายุของแผ่นอิเล็กโทรดได้อย่างรวดเร็ว

๑.๗ สามารถเก็บรักษาได้ที่อุณหภูมิระหว่าง - ๓๐ ถึง ๗๐ องศาเซลเซียส, สามารถทำงาน, standby ได้ที่อุณหภูมิระหว่าง - ๒๕ ถึง ๖๐ องศาเซลเซียส และความชื้นสัมพัทธ์ ๐-๙๕ %

๑.๘ มีช่องสำหรับเชื่อมต่อ USB และใส่ซิมโทรศัพท์ได้เพื่อประโยชน์ในการถ่ายโอนข้อมูลและรองรับการเชื่อมต่อ wifi ได้

๑.๙ แบตเตอรี่เป็นแบบ manganese dioxide lithium battery ความจุ ๔,๕๐๐ mAh มีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า ๗ ปี

๑.๑๐ เป็นผลิตภัณฑ์ที่สามารถใช้งานได้ถูกต้องตาม AHA CPR Guideline ๒๐๑๕

๑.๑๑ มีระดับการป้องกันการรั่วซึมอันเป็นอันตรายจากของแข็งและน้ำชนิด IP ๖๕

๒. คุณสมบัติทางเทคนิค

๒.๑ ภาควิเคราะห์คลื่นหัวใจ

๒.๑.๑ มีภาพแนะนำการใช้งานที่ตัวเครื่อง

๒.๑.๒ สามารถรับสัญญาณคลื่นไฟฟ้าหัวใจโดยผ่านแผ่นกระตุ้นหัวใจของเครื่องได้

๒.๑.๓ สามารถบันทึกข้อมูล ECG และ CPR ได้เป็นเวลา ๘ ชั่วโมง หากมีการสั่งและสามารถบันทึกเสียงข้อมูล (voice recording) ได้เป็นเวลา ๗๒ นาทีและสามารถดึงข้อมูลผ่าน USB และ wifi ได้

๒.๒ ภาคฟื้นคืนคลื่นหัวใจ

๒.๒.๑ รูปคลื่นเป็นแบบ Biphasic truncated exponential (BTE) waveform, auto-compensation according to patient impedance โดยให้พลังงานสูงสุดไม่น้อยกว่า ๓๖๐ Joules และมีพิสัยสำหรับการวัดความต้านทานกระแสไฟฟ้าของผู้ป่วยในช่วง ๒๐-๓๐๐ โอห์ม

๒.๒.๒ ตัวเลือกพลังงาน First shock energy สำหรับผู้ใหญ่ : ค่าเริ่มต้น ๒๐๐ Joules และสามารถปรับได้ระหว่าง ๑๐๐/๑๕๐/๑๗๐/๒๐๐/๓๐๐/๓๖๐ Joules, Second shock energy ค่าเริ่มต้น ๓๐๐ Joules และ Third shock energy ค่าเริ่มต้น ๓๖๐ Joules

๒.๒.๓. ตัวเลือกพลังงาน First shock energy สำหรับเด็ก : ค่าเริ่มต้น ๕๐ Joules และสามารถปรับได้ระหว่าง ๑๐/๑๕/๒๐/๓๐/๕๐/๗๐/๑๐๐ Joules, Second shock energy

ค่าเริ่มต้น...

ค่าเริ่มต้น ๗๐ Joules และ Third shock energy ค่าเริ่มต้น ๑๐๐ Joules

๒.๒.๔ ใช้เวลาในการชาร์จตั้งแต่เปิดเครื่องครั้งแรกจนเสร็จสิ้นการชาร์จน้อยกว่า ๗ วินาที

๒.๒.๕ สามารถกระตุ้นหัวใจโดยใช้ electrode pads

๒.๒.๖ มีระบบวิเคราะห์คลื่นไฟฟ้าหัวใจของผู้ป่วยแบบอัตโนมัติ

พร้อมคำแนะนำ เมื่อพบความผิดปกติของคลื่นไฟฟ้าหัวใจ

๒.๒.๗ มีระบบแนะนำการใช้งานเพื่อกระตุ้นหัวใจแสดงด้วยเสียงและภาพนิ่งบนเครื่องที่ง่ายในการทำตาม

๒.๒.๘ สามารถฟื้นคืนคลื่นหัวใจโดยใช้ไฟฟ้าจากแบตเตอรี่ได้อย่างน้อย ๔๒๐ ครั้ง ที่พลังงาน ๒๐๐ Joules และสามารถใช้งานต่อเนื่องได้ไม่น้อยกว่า ๑๖ ชั่วโมง

๓. อุปกรณ์ประกอบการใช้งาน

๓.๑ electrode pads สำหรับผู้ใหญ่หรือเด็ก

๓.๒ แบตเตอรี่สำหรับใช้กับเครื่อง จำนวน ๑ ก้อน

๓.๓ ตู้ตั้งพื้น จอแสดงผลพร้อมระบบสัญญาณเตือน ๑ ตู้

๓.๔ คู่มือแนะนำการใช้งาน

๔. เงื่อนไขเฉพาะ

๔.๑ เป็นสินค้าที่ไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อน

๔.๒ ผู้เสนอราคาจะต้องรับประกันคุณภาพ ๑ ปี นับจากวันตรวจรับ

๔.๓ ผู้เสนอราคามีบริการหลังการขายในกรณีสินค้ามีปัญหาผ่านช่องทาง Line Official Account หรือ Call Center

๔.๔ บริษัทขนส่งมีมาตรฐาน GDP และมาตรฐานคุณภาพบริการขนส่งจากสมาคมขนส่งทางบกแห่งประเทศไทยเพื่อให้มั่นใจในระบบการขนส่งที่มีคุณภาพ

๔.๕ โรงงานผู้ผลิตได้รับรองคุณภาพการผลิตเครื่องมือแพทย์ ISO ๑๓๔๘๕

๔.๖ ผู้เสนอราคาจะต้องส่งตัวอย่างเครื่องกระตุ้นไฟฟ้าหัวใจชนิดอัตโนมัติ พร้อมตู้ตั้งพื้น จอแสดงผลและระบบสัญญาณเตือน จำนวน ๑ ชุด ภายใน ๓ วัน นับจากวันที่ยื่นเสนอราคา เพื่อให้คณะกรรมการตรวจสอบสินค้าที่เสนอเป็นไปตามข้อกำหนด

๖. กำหนดเวลาส่งมอบพัสดุ

๕.๑ กำหนดระยะเวลาส่งมอบพัสดุภายใน ๖๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาซื้อขาย

๕.๒ กำหนดยื่นราคาไม่น้อยกว่า ๖๐ วัน

๗. หลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ

- พิจารณาโดยใช้เกณฑ์ราคา

๘. วงเงินงบประมาณ/วงเงินที่ได้รับการจัดสรร

๗.๑ ภายในวงเงิน ๗๐๐,๐๐๐ บาท (เจ็ดแสนบาทถ้วน)

๗.๒ โดยเบิกจ่ายตามประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ เรื่อง แก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (รายการกันเงิน) อนุมัติเมื่อวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๙ แก้ไขเปลี่ยนแปลงครั้งที่ ๓๐ โอนตั้งจ่ายรายการใหม่ (บัญชีโอนเงิน ครั้งที่ ๙๗ ลงวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๘) แผนงานสาธารณสุข งานโรงพยาบาล งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทรายจ่ายครุภัณฑ์ วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ รายละเอียดตามประกาศฯ ที่แนบมาพร้อมนี้

๙. สถานที่ส่งมอบ

- ผู้ขายหรือผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบพัสดุ ณ สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ถนนองค์การฯ สาย ๑ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ

๑๐. เงื่อนไขการชำระเงิน

- ผู้ขายหรือผู้รับจ้างต้องส่งมอบพัสดุให้กับผู้ซื้อหรือผู้ว่าจ้างภายใน ๖๐ วัน นับตั้งแต่มลงนามในสัญญาหรือวันส่งซื้อส่งจ้าง โดยให้ส่งมอบจำนวน ๑ งวด ให้ครบถ้วน และเมื่อตรวจรับถูกต้องตามระเบียบกฎหมาย ผู้ซื้อหรือผู้ว่าจ้างจะจ่ายเงินให้กับผู้ขายหรือผู้รับจ้างให้ครบถ้วนภายในกำหนด ๑ งวด

๑๑. อัตราค่าปรับ

- หากผู้ขายไม่สามารถส่งมอบพัสดุภายในเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญาซื้อขาย ผู้ขายจะต้องชำระค่าปรับให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ นับถัดจากวันครบกำหนดตามสัญญาซื้อขายจนถึงวันที่ขายเป็นรายวันอัตราร้อยละ ๐.๒๐ ของมูลค่าสิ่งของที่ขังไม่ได้ส่งมอบแต่ไม่ต่ำกว่าวันละ ๑๐๐ บาท

๑๒. การรับประกันความชำรุดบกพร่องของพัสดุที่ส่งมอบ

- ผู้ขายต้องรับประกันความชำรุดบกพร่องหรือขัดข้องของพัสดุเป็นเวลา ๑ ปี นับแต่วันที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ได้รับมอบ โดยภายในกำหนดเวลาดังกล่าว หากสิ่งของเกิดชำรุดบกพร่องหรือขัดข้องผู้ขายจะต้องจัดการซ่อมแซม หรือแก้ไขให้อยู่ในสภาพที่ใช้การได้ดีดังเดิม ภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น หากไม่ดำเนินการให้เสร็จสิ้น ภายใน ๑๕ วัน นับจากวันที่ผู้ขายได้ทราบการแจ้งความชำรุดเสียหาย หากไม่ดำเนินการแก้ไขในกำหนดระยะเวลาดังกล่าว องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิจะดำเนินการเองหรือจ้างบุคคลอื่นดำเนินการ ผู้ขายจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมด โดยไม่มีข้อโต้แย้ง

(ลงชื่อ)..........ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข ประธานกรรมการ
(นางสาวอภิญญา อภัยฤทธิรงค์)


(ลงชื่อ)..........ตำแหน่ง ผอ.รพ.สต. ตะโกทอง กรรมการ
(นางชัญญานุช ตั้งตา)


(ลงชื่อ)..........ตำแหน่ง ผอ.รพ.สต. จอมแก้ว กรรมการและเลขานุการ
(นายกัณทกณ ต่อสกุล)


รายละเอียดแนบท้ายขอบเขตของงาน

จัดซื้อเครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจชนิดอัตโนมัติ พร้อมตู้ตั้งพื้น จอแสดงผลและระบบสัญญาณเตือน
ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ จำนวน ๑๐ แห่ง ๆ ละ ๑ ชุด

ที่	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล	จำนวน (ชุด)	งบประมาณ (บาท)
๑	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลช่องสำราญ	๑ ชุด	๗๐,๐๐๐.-
๒	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยหินฝน	๑ ชุด	๗๐,๐๐๐.-
๓	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดงบัง	๑ ชุด	๗๐,๐๐๐.-
๔	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโนนหม่า	๑ ชุด	๗๐,๐๐๐.-
๕	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโคกเพชร	๑ ชุด	๗๐,๐๐๐.-
๖	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหัวทะเล	๑ ชุด	๗๐,๐๐๐.-
๗	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลจอมแก้ว	๑ ชุด	๗๐,๐๐๐.-
๘	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตะโกทอง	๑ ชุด	๗๐,๐๐๐.-
๙	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาฝาย	๑ ชุด	๗๐,๐๐๐.-
๑๐	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านวังใหม่พัฒนา	๑ ชุด	๗๐,๐๐๐.-

(ลงชื่อ)..........ประธานกรรมการ
(นางสาวอภิญญา อภัยฤทธิรงค์)
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข

(ลงชื่อ)..........กรรมการ
(นางชัญญา ชังตา)
ผอ.รพ.สต. ตะโกทอง

(ลงชื่อ)..........กรรมการและเลขานุการ
(นายกันตภณ ต่อสกุล)
ผอ.รพ.สต. จอมแก้ว

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

- เพื่อโปรดทราบ

คณะกรรมการฯ ได้ดำเนินการจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะของพัสดุฯ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

- จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติใช้รายละเอียดคุณลักษณะของพัสดุฯ
เพื่อใช้ในการจัดซื้อ/จัดจ้างต่อไป

(ลงชื่อ)..... 

(นายสังเวียน งามหัตถ์)

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข

ความเห็นของปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด

.....
เห็นควรอนุมัติ
.....

(ลงชื่อ)..... 

(นายวัลลภ ไชยวาน)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด รักษาราชการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

ความเห็นของรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด

.....
เห็นควรอนุมัติ
.....

(ลงชื่อ)..... 

(นางสาวพัชรี แทนทรัพย์)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

ความเห็นของนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด

อนุมัติตามเสนอ

อื่นๆ.....

(ลงชื่อ)..... 

(นางสาวสุวีวรรณ นาคาศัย)

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ