

2. วัตถุประสงค์

- 1) เพื่อส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาศักยภาพการให้บริการด้านสาธารณสุขแก่ประชาชนในพื้นที่
- 2) เพื่อให้โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ มีเครื่องวัดความดันโลหิตแบบสอดแขนชนิดอัตโนมัติ พร้อมระบบเชื่อมต่อฐานข้อมูลโรงพยาบาล สำหรับใช้ในการพัฒนาระบบบริการสาธารณสุขและการบูรณาการข้อมูลสุขภาพของหน่วยงาน สำหรับให้บริการแก่ประชาชนในพื้นที่

3. คุณสมบัติผู้ยื่นเสนอ

- 1) มีความสามารถตามกฎหมาย
- 2) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
- 3) ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
- 4) ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราวเนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
- 5) ไม่เป็นบุคคลถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วน ผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย
- 6) มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ กำหนดในราชกิจจานุเบกษา
- 7) เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้
- 8) ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นเสนอราคาให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ณ วันที่ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาครั้งนี้
- 9) ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นนั้น
- 10) ผู้ยื่นขอเสนอราคาต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
- 11) ผู้เสนอราคาต้องยื่นหนังสือแต่งตั้งตัวแทนจำหน่าย ซึ่งต้องได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนจำหน่ายจากผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่ายในประเทศไทย โดยให้ยื่นขณะเข้าเสนอราคา
- 12) ผู้ยื่นข้อเสนอต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายหรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้อง ครบถ้วนในสาระสำคัญ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด
- 13) ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด

4. คู่สัญญาต้องจัดทำแผนการทำงานมาให้ภายใน 30 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา โดยจัดทำแผนการทำงานตามเอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ เว้นแต่เป็นกรณีการเข้าสัญญาอายุไม่เกิน 90 วัน หรือสัญญาที่มีวงเงินไม่เกิน 500,000 บาท ทั้งนี้ แผนการทำงานดังกล่าวให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

5. รายละเอียด...

5. รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะดำเนินการจัดซื้อหรือขอบเขตของงานที่จะดำเนินการจ้างหรือแบบรูปรายการงานก่อสร้างที่จะดำเนินการจ้าง (แล้วแต่กรณี) และเอกสารแนบท้ายอื่น ๆ

จัดซื้อเครื่องวัดความดันโลหิตแบบสอดแขนชนิดอัตโนมัติ พร้อมระบบเชื่อมต่อฐานข้อมูลโรงพยาบาล โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ จำนวน 33 แห่ง ๆ ละ 1 ชุด ๆ ละ 100,000 บาท (-หนึ่งแสนบาทถ้วน-) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 3,300,000 บาท (สามล้านสามแสนบาทถ้วน) โดยมีรายละเอียดคุณลักษณะ ดังนี้

วัตถุประสงค์การใช้งาน

วัตถุประสงค์เพื่อจัดซื้อเครื่องวัดความดันโลหิตแบบสอดแขนชนิดอัตโนมัติ พร้อมระบบเชื่อมต่อฐานข้อมูลโรงพยาบาล (HIS Interface) สำหรับใช้ในการพัฒนาระบบบริการสาธารณสุขและการบูรณาการข้อมูลสุขภาพของหน่วยงาน โดยมีวัตถุประสงค์ตามข้อกำหนด

1. คุณสมบัติทั่วไป

1.1 เครื่องวัดความดันอัตโนมัติแบบสอดแขนพร้อมระบบเชื่อมต่อกับฐานข้อมูลโรงพยาบาล (HIS Interface) ประกอบด้วย จอแสดงผลระบบสัมผัสขนาดไม่น้อยกว่า 15.6 นิ้ว ความละเอียดสูงไม่น้อยกว่า 1,920x1,080 พิกเซล ชุดวัดความดันโลหิตอัตโนมัติแบบสอดแขน ชุดอ่านบัตรประจำตัวประชาชน ชุดสแกนบาร์โค้ดหรือคิวอาร์โค้ดและชุดพิมพ์รายงานผล ติดตั้งรวมเป็นชุดเดียวกันอย่างมั่นคง

1.2 ระบบซอฟต์แวร์ออกแบบมาให้มีขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ง่าย ไม่ซับซ้อน ผู้รับบริการสามารถใช้งานได้ด้วยตนเอง (Self-Service Process) โดยเริ่มต้นขั้นตอนจากการลงทะเบียนด้วยบัตรประจำตัวประชาชน

1.3 สามารถเชื่อมต่อและส่งข้อมูลการรับบริการเข้าสู่ระบบฐานข้อมูลโรงพยาบาล (Hospital Information System: HIS) ได้โดยตรง

2. คุณสมบัติทางเทคนิค

2.1 คุณสมบัติเครื่องวัดความดันโลหิตแบบสอดแขนชนิดอัตโนมัติ พร้อมระบบเชื่อมต่อฐานข้อมูลโรงพยาบาล มีดังนี้

2.1.1 คุณสมบัติของชุดจอแสดงผลสำหรับเครื่องวัดค่าความดันโลหิตอัตโนมัติแบบสอดแขน มีดังนี้

2.1.1.1 จอแสดงผลรายละเอียดสูง จอภาพแบบสัมผัส (Touch Screen Display) ขนาดไม่น้อยกว่า 15.6 นิ้ว ติดตั้งมาเป็นชุดเดียวกัน (Integrated) กับชุดตรวจ

2.1.1.2 มีชุดอ่านบัตรประชาชนสำหรับการลงทะเบียน (Registration) ใช้งานด้วยบัตรประชาชน เพียงขั้นตอนเดียว

2.1.1.3 มีชุดสแกนบาร์โค้ดและคิวอาร์โค้ด (QR and Bar Code Scanner) ติดตั้งมาเป็นชุดเดียวกัน (Integrated) กับชุดตรวจ

2.1.1.4 มีชุดพิมพ์รายงานด้วยระบบความร้อนพร้อมระบบตัดกระดาษอัตโนมัติ (Thermal Printer with Auto-Cutter) ติดตั้งมาเป็นชุดเดียวกัน (Integrated) กับชุดตรวจ

2.1.1.5 การออกแบบขั้นตอนการปฏิบัติงานเป็นแบบต่อเนื่อง เพื่อให้เข้าใจง่าย ผู้รับบริการสามารถใช้งานได้ด้วยตนเอง (Self-Services Process)

2.1.1.6 ชุดตรวจวัดความดันออกแบบให้คำแนะนำตลอดการปฏิบัติงานเป็นภาษาไทย

2.1.1.7 สามารถทำงานร่วมกับระบบซอฟต์แวร์ปัญญาประดิษฐ์ (AI) อาทิเช่น ระบบ ChatGPT หรือ DeepSeek ได้

2.1.1.8 มีชุดไฟ...

2.1.1.8 มีชุดไฟแอลอีดีแบบเส้น (Ambient Lighting) ติดตั้งมาพร้อมชุดให้บริการเพื่อความสวยงามและสร้างบรรยากาศสำหรับปฏิบัติงาน

2.1.1.9 สามารถถ่ายโอนข้อมูลเข้ากับระบบการแพทย์ทางไกล (Telehealth Platform) ได้โดยตรง

2.2.2 คุณสมบัติการวัดความดันโลหิตอัตโนมัติ (Blood Pressure Monitor) มีดังนี้

2.1.2.1 ชุดวัดความดันโลหิตอัตโนมัติแบบสอดแขน (Arm-Type Blood Pressure Monitor) ติดตั้งมาพร้อมชุดตรวจ

2.1.2.2 เป็นระบบการวัดแบบผสมผสานคู่ 2 ระบบ Oscillometric Method ร่วมกับ Korotkoff Sound Method เพื่อเพิ่มความแม่นยำในการตรวจวัด

2.1.2.3 มีหน้าจอแสดงผลเป็นชนิด LCD ขนาดไม่น้อยกว่า 3.5 นิ้ว มองเห็นได้ชัดเจน

2.1.2.4 สามารถวัดค่าความดันโลหิต (Measurement Range) ได้ในช่วงไม่น้อยกว่า 0-295 มิลลิเมตรปรอท โดยมีค่าความถูกต้องไม่เกินกว่า ± 3 มิลลิเมตรปรอท

2.1.2.5 สามารถวัดอัตราการเต้นของชีพจร (Pulse Rate) ได้ในช่วงไม่น้อยกว่า 40 – 199 ครั้งต่อนาที โดยมีความถูกต้องไม่เกินกว่า ± 5 ครั้งต่อนาที หรือ $\pm 5\%$

2.1.2.6 สามารถทำการวัดค่าความดันสำหรับผู้ป่วยที่มีขนาดรอบวงแขนได้สูงสุดในช่วงไม่น้อยกว่า 17 – 42 เซนติเมตร

2.1.2.7 ชุดอุโมงค์สอดแขน (Cuff) รองรับขนาดรอบวงแขนของผู้ป่วยได้กว้าง ตั้งแต่ 24 เซนติเมตร ถึง 42 เซนติเมตร เป็นอย่างน้อย

2.1.2.8 ชุดอุโมงค์สอดแขนสามารถขยับหรือปรับองศาตามศีรษะได้สูงสุด 45 องศา เพื่อความสะดวกและถูกต้องในการจัดทำทางของผู้ป่วย

2.1.2.9 มีที่รองรับแขน (Arm Rest) ความยาวไม่น้อยกว่า 16.4 เซนติเมตร และสามารถพับเก็บได้เพื่อความสะดวกในการเคลื่อนย้ายและประหยัดพื้นที่

2.1.2.10 มีหน่วยความจำภายในตัวเครื่อง (Memory) สามารถบันทึกผลการวัดของผู้ป่วยได้ไม่น้อยกว่า 99 ชุดข้อมูล

2.1.2.11 รองรับระบบการส่งผ่านข้อมูลดิจิทัล (Data Transmission) ทางเลือกเพื่อเชื่อมต่อกับระบบสารสนเทศโรงพยาบาล (HIS) ได้ โดยรองรับการเชื่อมต่อผ่านพอร์ต RS-232C หรือ Bluetooth หรือ Wi-Fi หรือ 4G เป็นอย่างน้อย

2.2 คุณสมบัติป้องกันและแสดงความเสถียรของแหล่งจ่ายไฟฟ้า มีดังนี้

2.2.1 ชุดป้องกันและแสดงความไม่เสถียรของแหล่งจ่ายไฟมีหน้าจอแอลอีดี (LED) ตั้งค่าเปอร์เซ็นต์เกินและไฟตกได้ตั้งแต่ 10% – 20% และตั้งค่าต่างๆ ได้อย่างน้อยดังนี้

2.2.1.1 ไฟฟ้าเกิน

2.2.1.2 ไฟฟ้าตก

2.2.1.3 เวลาหน่วงที่จะให้ตัดกระแสไฟฟ้า

2.2.1.4 เวลาหน่วงที่จะให้ต่อกระแสไฟฟ้า

2.2.2 สามารถตัดกระแสไฟฟ้าโดยหน่วงเวลาเมื่อแรงดันผิดปกติ โดยสามารถตั้งค่าหน่วงเวลานี้ได้ในช่วงไม่น้อยกว่า 0 – 5 วินาที

2.2.3 มีระบบ...

4.5 ผู้เสนอราคาจะต้องรับรองว่า ภายในระยะเวลาการรับประกัน จะต้องมีการเข้าหน้าเข้ามาทำการดูแลบำรุงรักษาเป็นอย่างน้อย 3 ครั้งต่อเดือน

4.6 ผู้เสนอราคาจะต้องรับรองว่า ผู้เสนอราคาเป็นผู้แทนจำหน่ายสำหรับผลิตภัณฑ์ที่เสนอราคา โดยมีหนังสือรับรองจากผู้ผลิตโดยตรงหรือจากผู้นำเข้าสินค้าดังกล่าว พร้อมเอกสารแนบเพื่อยืนยันประกอบการยื่นเสนอราคา

4.7 ผู้เสนอราคาจะต้องรับรองว่าผลิตภัณฑ์ที่จำหน่ายเป็นสินค้าที่ผ่านการรับรองอนุญาตนำเข้าสินค้าจากองค์การอาหารและยา (อย.) กระทรวงสาธารณสุข โดยมีเอกสารมาแสดงเพื่อประกอบการเสนอราคา

4.8 ผู้เสนอราคาจะต้องรับรองว่า สินค้าที่เสนอราคาสามารถส่งมอบได้ภายในระยะเวลาไม่เกินกว่า 60 วันนับตั้งแต่วันลงนามในสัญญาซื้อขาย

4.9 ผู้เสนอราคาจะต้องรับรองว่า สินค้าที่เสนอราคาและจำหน่ายให้กับหน่วยงานเป็นสินค้าใหม่ไม่เคยผ่านการใช้งานหรือสาธิตมาก่อน

6. กำหนดเวลาส่งมอบพัสดุ

- กำหนดระยะเวลาส่งมอบพัสดุภายใน 60 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาซื้อขาย

7. หลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ

- พิจารณาโดยใช้เกณฑ์ราคาตามบัญชีรายการครุภัณฑ์สำนักปลัดกระทรวงสาธารณสุข ฉบับเดือนตุลาคม 2568

- สืบราคาตามท้องตลาดจากบริษัทที่จำหน่าย จำนวน 3 บริษัท ได้แก่

- 1) บริษัท เมติโลพี (ประเทศไทย) จำกัด (สำนักงานใหญ่)
- 2) บริษัท ยูนิแคร์ ซัพพลาย จำกัด
- 3) ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอโอ เมดิคอลซัพพลาย

8. วงเงินงบประมาณ/วงเงินที่ได้รับการจัดสรร

8.1 ภายในวงเงิน 3,300,000 บาท (สามล้านสามแสนบาทถ้วน)

8.2 โดยเบิกจ่ายตามประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ เรื่อง แก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (รายการกันเงิน) อนุมัติเมื่อวันที่ 23 มกราคม 2569 แก้ไขเปลี่ยนแปลงครั้งที่ 30 โอนตั้งจ่ายรายการใหม่ (บัญชีโอนเงิน ครั้งที่ 97 ลงวันที่ 5 กันยายน 2568) แผนงานสาธารณสุข งานโรงพยาบาล งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทรายจ่ายครุภัณฑ์ วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์

9. สถานที่ส่งมอบ

- ผู้ขายหรือผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบพัสดุ ณ สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ถนนองค์การฯ สาย 1 ตำบลในเมือง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ

10. เงื่อนไขการชำระเงิน

- ผู้ขายหรือผู้รับจ้างต้องส่งมอบพัสดุให้กับผู้ซื้อหรือผู้ว่าจ้างภายใน 60 วัน นับตั้งแต่มลงนามในสัญญาหรือวันสั่งซื้อสั่งจ้าง โดยให้ส่งมอบจำนวน 1 งวด ให้ครบถ้วน และเมื่อตรวจรับถูกต้องตามระเบียบกฎหมาย ผู้ซื้อหรือผู้ว่าจ้างจะจ่ายเงินให้กับผู้ขายหรือผู้รับจ้างให้ครบถ้วนภายในกำหนด 1 งวด


11. อัตราค่าปรับ


- หากผู้ขายไม่สามารถส่งมอบพัสดุภายในเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญาซื้อขาย ผู้ขายจะต้องชำระค่าปรับให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ นับถัดจากวันครบกำหนดตามสัญญาซื้อขายจนถึงวันที่ส่งมอบพัสดุเป็นรายวันอัตราร้อยละ 0.20 ของมูลค่าสิ่งของที่ยังไม่ได้ส่งมอบแต่ไม่ต่ำกว่าวันละ 100 บาท

12. การรับประกันความชำรุดบกพร่องของพัสดุที่ส่งมอบ

- ผู้ขายต้องรับประกันความชำรุดบกพร่องหรือชำรุดเสียหายของพัสดุเป็นเวลา 1 ปี นับแต่วันที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิได้รับมอบ โดยภายในกำหนดเวลาดังกล่าว หากสิ่งของเกิดชำรุดบกพร่อง หรือชำรุดเสียหาย ผู้ขายจะต้องจัดการซ่อมแซม หรือแก้ไขให้อยู่ในสภาพที่ใช้การได้ดีดังเดิม ภายในไม่เกิน 15 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น หากไม่ดำเนินการให้เสร็จสิ้นภายใน 15 วัน นับจากวันที่ผู้ขายได้ทราบการแจ้งความชำรุดเสียหาย หากไม่ดำเนินการแก้ไขในกำหนดระยะเวลาดังกล่าว องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิจะดำเนินการเองหรือจ้างบุคคลอื่นดำเนินการ ผู้ขายจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมด โดยไม่มีข้อโต้แย้ง

(ลงชื่อ)..........ตำแหน่ง ผอ.รพ.สต. หนองพวง ประธานคณะกรรมการ
(นายสุรศักดิ์ ชนะพาล)

(ลงชื่อ)..........ตำแหน่ง ผอ.รพ.สต.โคกสะอาด กรรมการ
(นางสาวธนาภรณ์ สัตยเมธีกุล)

(ลงชื่อ)..........ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ กรรมการและเลขานุการ
(นางโสภภาพร คำบุญเรือง)


เรียน นายองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

- เพื่อโปรดทราบ

คณะกรรมการฯ ได้ดำเนินการจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะของพัสดุฯ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

- จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติใช้รายละเอียดคุณลักษณะของพัสดุฯ

เพื่อใช้ในการจัดซื้อ/จัดจ้างต่อไป

(ลงชื่อ)..........

(นายสังเวียน งาหัตถ์)

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข

ความเห็นของ...

ความเห็นของปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด

เห็นควรอนุมัติ

(ลงชื่อ).....



(นายวัลลภ ไชยคาน)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด รักษาการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

ความเห็นของรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด

เห็นควรอนุมัติ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวพัชรี แทนทรัพย์)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

ความเห็นของนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด

- อนุมัติตามเสนอ
- อื่นๆ.....


(ลงชื่อ).....

(นางสาวสุรวิวรรณ นาคาศัย)


นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

รายละเอียดแนบท้ายร่างขอบเขตของงาน
จัดซื้อเครื่องวัดความดันโลหิตแบบสอดแขนชนิดอัตโนมัติ พร้อมระบบเชื่อมต่อฐานข้อมูลโรงพยาบาล
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ จำนวน 33 แห่ง
โดยมีรายละเอียดดังนี้


ที่	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล	จำนวน (ชุด)	งบประมาณ (บาท)
1	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองแก	1 ชุด	100,000.-
2	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเข็ญป่าหม้อ	1 ชุด	100,000.-
3	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านยางนาดี	1 ชุด	100,000.-
4	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านวังกำแพง	1 ชุด	100,000.-
5	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองหญ้าไก่อ	1 ชุด	100,000.-
6	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองสองห้อง	1 ชุด	100,000.-
7	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคลองจันทรา	1 ชุด	100,000.-
8	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านห้วยบงเหนือ	1 ชุด	100,000.-
9	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านมูลกระบือ	1 ชุด	100,000.-
10	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโคกกุ้ง	1 ชุด	100,000.-

(ลงชื่อ)..........ตำแหน่ง ผอ.รพ.สต. หนองพวง
(นายสุรศักดิ์ ชนะพาล)

ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ)..........ตำแหน่ง ผอ.รพ.สต.โคกสะอาด
(นางสาวธนาภรณ์ สัตย์เมธิกุล)


กรรมการ

(ลงชื่อ)..........ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
(นางโสภภาพร คำบุญเรือง)


กรรมการและเลขานุการ

รายละเอียดแนบท้ายร่างขอบเขตของงาน
จัดซื้อเครื่องวัดความดันโลหิตแบบสอดแขนชนิดอัตโนมัติ พร้อมระบบเชื่อมต่อฐานข้อมูลโรงพยาบาล
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ จำนวน 33 แห่ง
โดยมีรายละเอียดดังนี้

ที่	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล	จำนวน (ชุด)	งบประมาณ (บาท)
11	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองสังข์	1 ชุด	100,000.-
12	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองตানা	1 ชุด	100,000.-
13	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านห้วยน้ำคำ	1 ชุด	100,000.-
14	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโนนน้อย	1 ชุด	100,000.-
15	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลป่าไม้แดง	1 ชุด	100,000.-
16	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกุดहुลิ่ง	1 ชุด	100,000.-
17	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคลองไผ่งาม	1 ชุด	100,000.-
18	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโคกกรัง	1 ชุด	100,000.-
19	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโนนสำราญ	1 ชุด	100,000.-
20	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุ่งลุยลาย	1 ชุด	100,000.-

(ลงชื่อ)..........ตำแหน่ง ผอ.รพ.สต. หนองพวง
(นายสุรศักดิ์ ชนะพาล)

ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ)..........ตำแหน่ง ผอ.รพ.สต.โคกสะอาด
(นางสาวธนาภรณ์ สัตย์เมธีกุล)


กรรมการ

(ลงชื่อ)..........ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
(นางโสภภาพร คำบุญเรือง)

กรรมการและเลขานุการ

รายละเอียดแนบท้ายร่างขอบเขตของงาน
จัดซื้อเครื่องวัดความดันโลหิตแบบสอดแขนชนิดอัตโนมัติ พร้อมระบบเชื่อมต่อฐานข้อมูลโรงพยาบาล
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ จำนวน 33 แห่ง
โดยมีรายละเอียดดังนี้

ที่	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล	จำนวน (ชุด)	งบประมาณ (บาท)
21	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดงบัง	1 ชุด	100,000.-
22	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโสกปลาตุก	1 ชุด	100,000.-
23	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านท่าโป่ง	1 ชุด	100,000.-
24	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโคกสะอาด	1 ชุด	100,000.-
25	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสัมป่อย	1 ชุด	100,000.-
26	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองแดง	1 ชุด	100,000.-
27	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโนนสะอาด	1 ชุด	100,000.-
28	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านห้วยหัน	1 ชุด	100,000.-
29	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโนนจาน	1 ชุด	100,000.-
30	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนาระยะ	1 ชุด	100,000.-
31	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองพวง	1 ชุด	100,000.-
32	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุ่งนาเลา	1 ชุด	100,000.-
33	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเล่า	1 ชุด	100,000.-

(ลงชื่อ)..........ตำแหน่ง ผอ.รพ.สต. หนองพวง
(นายสุรศักดิ์ ชนะพาล)

ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ)..........ตำแหน่ง ผอ.รพ.สต.โคกสะอาด
(นางสาวธนาภรณ์ สัตย์เมธีกุล)

กรรมการ

(ลงชื่อ)..........ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
(นางโสภพร คำบุญเรือง)

กรรมการและเลขานุการ